

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.12.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **GENEL CERRAHİ A.D.** kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ENDOSKOPİ POLİPEKTOMİ SNARE 24 MM	30 ADET	
2	BİYOPSİ FORCEPSİ (GASTROSKOPİ)	100 ADET	
3	BİYOPSİ FORCEPSİ (KOLONOSKOPİ)	20 ADET	
4	ENDOSKOPİK ENJEKSİYON İĞNESİ (KOLONOSKOPİ)	20 ADET	
	(TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR)		
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod no'su teklif formunda yazılı olmalıdır. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası, mail, telefon v.s. okunaklı olmalıdır.		
	*TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		

D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerdendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları, Teklif mektuplarının **en geç 09/01/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr

ROTATABLE POLİPEKTOMİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Snare Polip çıkartma işlemi sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kolay manipulasyonu amaçlı kısa mesafeli handle'a sahip olmalıdır.
3. Oval ve mini-oval olmak üzere tercihe göre iki çeşit olarak seçilebilmelidir.
4. Kılıf çapı 2.4 mm. Olmalıdır.
5. Tek kullanımlık olmalıdır.
6. Uzunluğu 230 cm. olmalıdır.
7. Malzeme orijinal ambalajında yer almalıdır.
8. Teklif edilen snare'in loop çapı 24 - 26 mm olmalıdır yapısı ile poliplerin kavranmasında kolaylık sağlamalıdır.
9. Malzemenin uluslararası kalite standartlarına uygunluğu olmalıdır.

Prof. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrah
Diy. No: 11587
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. A. Bahadır ÖZ
Diy. No: 11712
Genel Cerrah
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

BİYOPSİ FORSEPSİ (GASTROSKOPİ İÇİN)

- 1- Çalışma uzunluğu en az 160 cm olmalıdır.
- 2- İğneli olmalıdır.
- 3- Çene dış çapı 2.4 mm olmalı, 7.8 mm genişliğinde açılabilmelidir.
- 4- Forseps girişini kolaylaştıracak pozisyonlandırma marker'ları bulunmalıdır.
- 5- Dış çapı 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
- 6- Forseps çenesi, paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 7-Distal kaplaması çalışma kanalında kaymayı kolaylaştırıcı Endoglide materyali ile kaplı olmalıdır.
- 8- Ürünün "CE Belgesi" ve/veya "FDA Onayı" olmalıdır.

Prof. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. No: 95587
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. A. Bahadır ÖZ
Dip. No: 111712
Genel Cerrahi A.B.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

BİYOPSİ FORSEPSİ (KOLONOSKOPİ İÇİN)

- 1- Çalışma uzunluğu 240 cm olmalıdır.
- 2- İğneli olmalıdır.
- 3- Çene dış çapı 2.4 mm olmalı, 7.8 mm genişliğinde açılabilmelidir.
- 4- Forseps girişini kolaylaştıracak pozisyonlandırma marker'ları bulunmalıdır.
- 5- Dış çapı 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplara uyumlu olmalıdır.
- 6- Forseps çenesi, paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 7-Distal kaplaması çalışma kanalında kaymayı kolaylaştırıcı Endoglide materyali ile kaplı olmalıdır.
- 8- Ürünün "CE Belgesi" ve/veya "FDA Onayı" olmalıdır.

Prof. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. No: 54407
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. A. Rahmetdin ÖZ
Dip. No: 54407
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SKLEROTERAPİ İĞNESİ KOLONOKSOPI

- 1-Kateter apı 2.3 mm olmalıdır.
- 2-Kateter uzunluęu en az 230 cm olmalıdır.
- 3-Kateterin uç kısmı metal korumalı olmalıdır.
- 4-İęne uzunluęu 4 ve 5 mm olmak üzere alternatifli olmalıdır. İstenilen miktarlarda teslimat yapılacaktır.
- 5-Handle kısmı olmalıdır.
- 6-Kilitlenebilir handle a sahip olmalıdır.
- 7-Şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir.
- 8-Ürün üzerinde hangi markaya ait olduęunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.

Prof. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. No: 95587
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakóltesi Hastaneleri

Prof. Dr. A. Rahadır ÖZ
Dip. No: 14712
Genel Cerrahi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakóltesi Hastaneleri