

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
31.01.2025

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin KALP DAMAR CERRAHİ kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	KURŞUN ÖNLÜK(3 PALTO +2 ETEK YELEK)	5	
2.			
3.	MALZEME LİSTESİ EKTEDİR.		
4.			
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası,mail,telefon v.s. okunaklı olmalıdır. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod nosu formda yazılı olmalıdır.		
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU		

	OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLI FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLI FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareміzce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareміzce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareміzce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 10/02/2025 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ



Teknik Şartname No : 2024/1410/1

Tarih :14/10/2024

ÜRÜN ADI	KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İSTENEN BELGELER	1.1. X ray koruyucu kurşun önlüğünün 89/686/ EEC direktiflerine uygunluğu olmalı ve 4 haneli onaylanmış kuruluştan alınmış ce belgesi bulunmalıdır. 1.2. Ürünün üretimine ait TAEK onay ve test raporları olmalıdır. Bu istenildiğinde sunulmalıdır. 1.3. Ürüne ait ISO14001 çevre yönetimi belgesi mutlaka sunulmalıdır. Eksik belgesi olan firmalar alım dışı bırakılacaktır. 1.4. Ürüne ilişkin üretim koşulları ISO9001:2015 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunulmalıdır. 1.5. Ürüne ilişkin olarak uluslararası kuruluştan alınmış test raporu olmalıdır. 1.6. Önlüklerin X ışınına karşı koruyucu özellikleri ve koruma oranları, yapılan test sonuçları ile belgelendirilmelidir.
2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER	KONU: Kalp damar cerrahisi anjiyo işlemlerinde kullanılmak üzere kurşun önlük satın alınmak istenmektedir. RADYASYON KORUYUCU ETEK - YELEK MODEL ANTİMON ÖNLÜK (2 Adet) 2.1. Koruyucu önlük ön kısımda 0.50mm, arka kısımda 0.25mm koruma sağlamalıdır. 2.2. X ışınından koruyucu etek yelek model önlükler hafif ağırlıkta antimon materyalden yapılmış olmalıdır. Kullanılan kumaş, sügeçirmez, anti bakteriyel özellikte ve leke tutmaz, uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen olmalıdır. 2.3. Önlük üst ve alt olmak üzere yelek ve etek şeklinde 2 parçadan oluşmalıdır. İstenirse yalnız üst veya yalnız alt parçası kullanılabilir. 2.4. Önlük anti bakteriyel silinebilir kumaş polüüretan kaplama özelliğinde olmalı ve bu durum belgelendirilmelidir. 2.5. Kurşun önlük askıya takılabilmesi için etek üzerinde askı yerlerinin olması gerekmektedir. 2.6. Vücudu saran ve rahat hareket edebilme imkanı tanımalıdır. Astar kısmında bulunan kumaş hidrofobik özellikte olmalıdır. 2.7. Önlüğün güvenlik standartları gereği ön yüzünde ve iç kısmında dozimetre cebi olmalıdır. 2.8. Kurşun önlüğün etek kısmında etek cebi olmalıdır. İstenildiğinde önlük cebi üzerine isim yazılmalıdır. 2.9. Yelek üzerinde kemer olmalıdır. Kemer önde toka sistemi ile sabitlenmeli ve yelek üzerinden düşmemelidir. 2.10. Etek kısmı bel boşluğuna tam olarak oturmalıdır. Etek üzerinde kemer olmalı ve kemer önde kapanmalıdır. 2.11. Etek üzerinde mutlaka kumaş yapıştırma ve kaydırmayı önleyici sistem monte edilmiş olmalıdır. Bu sistem sayesinde etek kısmı kıyafete daha sıkı tutunarak bel kavraması sağlamalıdır. 2.12. Önlüğün ebatlarının belirlenmesi için firmanın s-m-l-xl ebat ve TSE standartlarında üretilmiş olmalıdır. Hastane istediği ebatlarda seçim yapabilmeli ve bu ebatlar doğrultusunda teslim yapılmalıdır. 2.13. Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası olmalıdır. 2.14. Koruyucu kurşunsuz ultra hafif materyal hafif, homojen, ince ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır. Önlük hafif olmalıdır. 2.15. Kurşun önlüğün yapımında esnek olmayan koruyucu materyal kullanılmamalıdır 2.16. Kullanılan kumaş sıvı geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Önlüğün biyeleri sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. 2.17. Her önlük ile birlikte 1 adet tiroit koruyucu ve çelik askı verilecektir. 2.18. Renk tercihi yapılabilir. Önlük ön kısmında saydam isimlik olmalıdır. 2.19. Kurşun önlüklerin üretici hatalarına karşın 2 yıl garantileri olmalıdır.

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Doç. Dr. Ayhan TUNÇAY
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 31873
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Doç. Dr. Rifat ÖZKAN
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Dip. No: 3656 - Dip. Tes. No: 31873
E.O. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ



X-İŞİNINDAN KORUYUCU ANTIMON ÖNLÜK TEKTARAFI (ÖN KORUYUCU) MODEL (3 Adet)

- 2.20. X-ışınından koruyucu önlükler Ön Koruyucu (tek taraflı) özellikte olmalıdır.
- 2.21. X-ışınından koruyucu önlükler hafif ağırlıkta antimon materyalden yapılmış olmalıdır. Kullanılan kumaş, su geçirmez, anti bakteriyel ve leke tutmaz özellikte uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen yapıda olmalıdır.
- 2.22. Önlüğün anti bakteriyel silinebilir kumaşı poliüretan kaplama özelliğinde olmalı ve bu durum belgelendirilmelidir.
- 2.23. Önlüklerin X-ışınına karşı koruması ön de:0,50 mm eşdeğerinde olmalıdır. Vücutta kapladığı her bölgeyi aynı güvende korumalıdır.
- 2.24. Vücudu saran ve rahat hareket imkânı verecek nitelikte olmalıdır. Astar kısmında bulunan Kumaş hidrofobik özellikte olmalıdır.
- 2.25. İstendiğinde boyu 90 cm olarak da üretilebilmelidir.
- 2.26. Önlükler katlandığında herhangi bir kırılma ve deforme meydana gelmemelidir.
- 2.27. Önlüklerde farklı beden ölçüleri (S-M-L-XL) ve farklı renk seçenekleri olmalıdır. İstendiğinde özel üretim yaptırılabilir.
- 2.28. Önlüğün rahat giyilmesini sağlamak maksadıyla, sırt kısmı çapraz olarak önden velkro ile tutturulabilmelidir.
- 2.29. Önlükler omuz bölgesinde bulunan yumuşak desteklerle daha rahat kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 2.30. Önlükler üzerinde üretici firma bilgileri ve önlük normlarını gösteren orijinal etiketleri olmalıdır.
- 2.31. Her önlük ile beraber 1 adet tiroit koruyucu ve tekli çelik askılık verilecektir.
- 2.32. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.
- 2.33. Her önlüğün cep kısmında saydam isimlik olmalıdır.
- 2.34. Kurşun önlüklerin üretici hatalarına karşı 2 yıl garantileri olmalıdır.

KONTROL

Kemal KAYA
Elektronik Y. Müh.
Klinik Mühendisliği Birimi

ONAY

Dr. Nuran ÇAKIR
Müdür
Klinik Müh. Arş. ve Uyg. B. B.

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Doç. Dr. Aydın KAYA
Kaip Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 31300
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Doç. Dr. Rifat ÖZMEN
Kaip Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 36566 Dip. Tes. No: 131873
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)