

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
20.03.2025

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KARL STORZ MARKA FLEXİBLE URS TAMİRİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADA		
	Bilgi İçin : KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ ERKAM		
	Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 13000 – 13002 SEMİH ÇAKMAK		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **24/03/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr ve okakkaya@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Fax : + 90 352 437 52 88



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Klinik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi



Sayı :34554770-934.01.08 -082

18.03.2025

Konu: Cihaz Arızası Hk.

KURUM DIŞINDA BAKIM / TAMİR / KALİBRASYON YAPILACAK CİHAZIN			
ADI	FLEXİBLE URETERORENOSKOP (URS)	ARIZAYI TESPİT EDEN SORUMLU TEKNİK PERSONEL	
MARKASI	KARL STORZ	ADI SOYADI	Semih ÇAKMAK Biyomedikal Teknikeri
MODELİ	11278A1	İMZA	
SERİ NUMARASI	2260523	TARİH	18.03.2025
KULLANILDIĞI BÖLÜM	ÜROLOJİ AMELİYATHANESİ		
Cihaz Hakkında Açıklama: Üroloji ameliyathanesinde kullanılmakta olan Karl Storz marka flexible URS cihazının uç kısmındaki dış kılıfı yırtılmıştır. Ayrıca cihazın görüntüsünde fiber kırıkları da mevcuttur. Tamiri laboratuvarımızda mümkün olmadığından arızanın firma tarafından giderilmesi gerekmektedir.			