

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
21.03.2025

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO (MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	LAZER DATAMATRIX BARKOD OKUYUCU ALIMI	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK,NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **07/04/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr ve okakkaya@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Fax : + 90 352 437 52 88

LAZER DATAMATRIX BARKOD OKUYUCU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Barkod okuyucunun nişan (odaklama) alma elementi 655 nm görülebilir lazer diyot olmalıdır.
2. Işıklandırma (ışık kaynağı) elementi 625 nm görülebilir led olmalıdır.
3. Teklif edilecek barkod okuyucu tüm standart 1D barkodları ve en az PDF 417 Mikro PDF 417, Data Matrix (ECC 200), Maxi Code, QR Code, Mikro QR Code, Aztec vb. 2D barkodları okuyabilme özelliği olmalıdır.
4. Barkod okuyucusu 2D barkodlarda 6.67 mil, 1D barkodlarda 5 mil çözünürlüğü desteklemelidir.
5. Barkod okuyucusu en az 1,5 metre yükseklikten sert yüzeylere düşmeye dayanıklı olmalıdır.
6. Barkod okuyucusu kişisel bilgisayarlara USB portundan klavye ile ortak kullanımı engellemeyecek şekilde bağlanabilmelidir.
7. Barkod okuyucusu el tipi olmalı ve sabitleme standı olmalıdır.
8. Standı üzerinde olmadanda sürekli modda çalışabilmelidir.
9. Barkod okuyucusu programlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tetikleme tipi, güç ayarı (power mode), ses tonu ayarlanabilmelidir.
10. Bilgisayar ekranında okuma yapabilmelidir.
11. Barkod okuyucusu odaklama kontrolü (yakın odaklama, uzak odaklama, otomatik odaklama ayarı) yapılabilmelidir.
12. Barkod okuyucu 360° çok yönlü okuma hassasiyetine sahip olmalıdır.
13. Barkod okuyucusu 2 (iki) metre'lik kablo uzunluğu olmalı, bu uzunlukta okuma performans kaybı olmamalıdır.
14. Görüş alanı 40° yatay 25° dikey olmalıdır.
15. USB port üzerinden firmware(program) yüklemesi yapılabilmelidir.
16. Bölümde kullanılan bilgisayarların işletim sistemine uyumlu olmalıdır.
17. Barkod okuyucunun çalışma sıcaklığı -20° / +40°, saklama sıcaklığı -40° / +70° olmalıdır.
18. Barkod okuyucu %5 / %95 nem aralığında çalışabilmelidir.
19. Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
20. Cihazların kontrol ve muayeneleri cihazı kullanacak bölüm tarafından yapılacaktır.
21. Cihazı kullanacak bölüme değerlendirilmek üzere 2 (iki) adet numune ihale esnasında teslim edilecek ve cihazlar 10 (on) gün süreyle kullanılacak. Cihazın uygunluğu ve seri okuma hızı bölümün kontrolünden sonra karar verilecektir.
22. Numunesiz teklifler değerlendirilmeyecektir.

Prof. Dr. Mustafa Altay ATALAY
M.S.Ü Sorumlu Öğretim Üyesi