

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL: erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
30.05.2025

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D.** kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
	ORTOPEDİ AMELİYATHANE YE 8 KALEM MALZEME ALIM		
	(TEKNİK ŞARTNAMELER VE MALZEME LİSTESİ EKTEDİR)		
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod no'su teklif formunda yazılı olmalıdır. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası, mail, telefon v.s. okunaklı olmalıdır.		
	*TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		

G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TITUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının **en geç 13/06/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

t1	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar
①	SUPER TURBOVAC 90 IFS	3	Adet	25
②	MULTIVAC 50 XL ICW	3	Adet	10
③	MENİSKÜS TAMİR SİSTEMİ		Adet	40
④	YUMUŞAK DOKU SHAVER UCU	3	Adet	10
⑤	KEMİK DOKU BURR SHAVER UCU	3	Adet	8
⑥	YUMUŞAK DOKU SHAVER UCU (Açılı kalça için uzun)	3	Adet	10
⑦	KEMİK DOKU BURR SHAVER UCU (Kalça için uzun topuz)	3	Adet	8
⑧	KEMİK DOKU BURR SHAVER UCU (Kalça için uzun silindirik)	3	Adet	8

SUPER TURBOVAC 90

SUT KODU : AE2390

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bağ dokusunun çıkarılması dahil olmak üzere omuz prosedürleri, dizde menisektomi, ACL /ÖÇB debridmanı, bağ dokunun çıkarılması tamiri dahil olmak üzere diz artroskopisi prosedürlerinde kullanılabilir.
2. Tüm yumuşak doku çeşitlerinin etkin şekilde çıkarılması için geliştirilmiş görüntü netliği ile kontrollü ablasyon sunmalıdır.
3. 100-200um arası plazma alanı oluşturarak istenilen dokuları çıkartırken, diğer dokulara zarar vermemelidir.
4. Aspiratör özelliği olmalıdır.
5. Bipolar özellikte olmalıdır
6. Gövde boyu 3.75 mm , minimum kanül boyutu 5.5 mm ve 90° açığa sahip olmalıdır.

Öğr.Gör.Dr.Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tez. No: 145800
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tez. No: 145590
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

**ARTC ASC4730-01 TURBOVAC 50
AE2390**

1. Kalça artroskopisi prosedürlerinde(synovectomy,plica çıkarılması,acetabular labrum rezezeksiyonu,capsulotomy) kullanılabilirdir
2. Tüm yumuşak doku çeşitlerinin etkin şekilde çıkarılması için geliştirilmiş görüntü netliği ile kontrollü ablasyon sunmalıdır.
3. 100-200um arası plazma alanı oluşturarak istenilen dokuları çıkartırken, diğer dokulara zarar vermemelidir.
4. Aspiratör özelliği olmalıdır.
5. Bipolar özellikte olmalıdır
6. Gövde boyu 3.75 mm , minimum kanül boyutu 5.5 mm ve 50° açığa sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145590
Erciyes Fk. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim

Öğr. Gör. Dr. Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145800
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

MENİSKÜS TAMİR SİST.ÇİFT BARLI ABSORBE OLMAYAN KİLİTLİ UHMWPE

SUT KODU :AE2140

1. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. Sistem çift barlı olmalıdır.
3. Bar sisteminde kullanılan implant UHMWPE materyalden olmalıdır.
4. Kullanılan suture UHMWPE'den imal edilmiş olmalıdır.
5. Uç kısmı eğri seçeneği olmalıdır
6. Uç kısmında arka menisküs arka duvarına ne kadar girdiğini gösteren cetvel olmalıdır.
7. Implantlar itici tetik mekanizması ile çalışmalıdır.
8. Implantların gönderen tetiğin güvenlik kilidi olmalıdır.
9. Sterilizasyon tekli paketlerde olmalıdır

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145590
Erciyes Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğr.Gör.Dr.Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145590
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

ARTROSKOPİK KALÇA BUR UCU 5.5MM TOPUZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Artroskopik Bur uçları cerrahlar tarafından, kalça eklemdede dokuyu rezekte etmek ve kemiği oymak için kullanılmalıdır.
- 2- Bur uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 3- Artroskopik Bur uçları set halinde paketlenmiştir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir yapıda olmalıdır.
- 4- Bur uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Bur uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir.
- 6- Bur uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 7- Bur uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır.
- 8- Bur uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
- 9- Shaverları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içermelidir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilmelidir.
- 10- Tek kullanımlık Artroskopi Bur uçları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerden biri ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- 11- Stryker cihaz ile uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145520
Erciyes Fk. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Ansb.

Öğr.Gör.Dr.Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145400
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

ARTROSKOPİK KALÇA BUR UCU 5.5MM SİLİNDİRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Artroskopik Bur uçları cerrahlar tarafından, kalça eklemdede dokuyu rezekte etmek ve kemiği oymak için kullanılmalıdır.
- 2- Bur uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 3- Artroskopik Bur uçları set halinde paketlenmiştir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir yapıda olmalıdır.
- 4- Bur uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Bur uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir.
- 6- Bur uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 7- Bur uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır.
- 8- Bur uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
- 9- Shaverları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içermelidir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilmelidir.
- 10- Tek kullanımlık Artroskopik Bur uçları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerden biri ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- 11- Stryker cihaz ile uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145890
Etiler Fk. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145800
Etiler Fk. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ARTROSKOPİK BUR SHAVER UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Artroskopik Bur Shaver uçları cerrahlar tarafından diz, omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği, kalça dahil olmak üzere ortopedik eklemlerde ve temporomandibular eklemlerde dokuyu rezekte etmek ve kemiği oymak için kullanılmalıdır.
- 2- Bur Shaver uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 3- Artroskopik Bur Shaver uçları set halinde paketlenmelidir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmamalıdır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilmektedir.
- 4- Bur Shaver uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Bur Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir.
- 6- Bur Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 7- Bur Shaver uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır.
- 8- Bur Shaver uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmalıdır.
- 9- Formula Shaverları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içermelidir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilmelidir.
- 10- Tek kullanımlık Artroskopi Bur Shaver uçları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerden biri ile sterilize edilmelidir.
- 11- Stryker cihaz ile uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145590
Erciyes Üniv. Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145800
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

ARTROSKOPİK SHAVER UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Artroskopik shaver bıçakları cerrahlar tarafından diz, omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği, kalça dahil olmak üzere ortopedik eklemlerde ve temporomandibular eklemlerde dokuyu rezekte etmek ve kemiği oymak için kullanılabilir.
- 2) Shaver uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 3) Artroskopik shaver bıçakları set halinde paketlenmelidir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmamalıdır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir.
- 4) Shaver uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5) Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilir.
- 6) Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 7) Shaver uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır.
- 8) Shaver uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmalıdır.
- 9) Formula Shaver'ları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içermelidir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilir.
- 10) Tek kullanımlık artroskopi bıçakları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerinden biri ile sterilize edilmelidir.
- 11) Stryker marka cihaza uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Erdal UZUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145590
Etiyas Fiziksel Fizik, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Burak ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145800
Etiyas Fiziksel Fizik, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ARTROSKOPİK KALÇA SHAVER UCU 4MM AÇILI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Artroskopik shaver bıçakları cerrahlar tarafından, kalça artroskopisi eklemdede dokuyu rezekte etmek için kullanılabilir olmalıdır.
- 2) Shaver uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 3) Artroskopik shaver bıçakları set halinde paketlenmiş ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmamış olmalıdır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir olmalıdır.
- 4) Shaver uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5) Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir.
- 6) Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 7) Shaver uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır.
- 8) Shaver uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
- 9) Formula Shaver'ları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içermelidir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilmelidir.
- 10) Tek kullanımlık artroskopi bıçakları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerden biri ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- 11) Stryker marka cihaza uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Erdal UZU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145590
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Bülent ÇAKAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 145800
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane