

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
23.06.2025

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PSG CİHAZI TAMİRİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADA		
	Bilgi İçin : KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ ERKAM		
	Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 13000 – 13002 SEMİH ÇAKMAK		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **26/06/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr ve okakkaya@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Fax : + 90 352 437 52 88



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Klinik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi




Sayı :34554770-934.01.08 -134

17.06.2025

Konu: Cihaz Arızası Hk.

KURUM DIŞINDA BAKIM / TAMİR / KALİBRASYON YAPILACAK CİHAZIN

ADI	POLİSOMNOGRAFİ (PSG) CİHAZI	ARIZAYI TESPİT EDEN SORUMLU TEKNİK PERSONEL	
MARKASI	NATUS	ADI SOYADI	Semih ÇAKMAK Biyomedikal Teknikeri
MODELİ	EMLA	İMZA	
SERİ NUMARASI	021920151299	TARİH	17.06.2025
KULLANILDIĞI BÖLÜM	NÖROLOJİ SERVİSİ UYKU ÜNİTESİ		
Cihaz Hakkında Açıklama: Uyku ünitesinde kullanılmakta olan Natus marka PSG cihazının head boxı ana cihazı görmemektedir. Garanti kapsamında olan cihaz, tamiri yapılmak üzere Respirek firmasına gönderildiğinde cihazın daha önce işlem gördüğü ve bu sebepten dolayı garanti dışı kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. Cihaza Erkam personeli tarafından bugüne kadar herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Bölüm sorumlu personeli ile yapılan görüşmede cihazın garanti dışı kalmasına sebep olan müdahalenin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Cihazın tamiri laboratuvarımızda mümkün olmadığından dolayı ücreti mukabilinde firmasına yaptırılması gerekmektedir.			