

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17/09/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (ÇOCUK ACİL) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (STANDART SEDYE) malzeme ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	DEMİRBAŞ DEPO	Miktarı	Birim fiyatı
1	STANDART SEDYE (ÇOCUK ACİL SERVİSİ)	4 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİ		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECTEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **07/10/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz

ACİL SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sedyeye hastanın acile girişi, ilk müdahalenin yapılması ve servisler arası taşınmasına olanak sağlayacak şekilde, hasta konforu gözetilerek dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sedyeye hidrolik ayak pedalı ile her iki taraftan yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
3. Sedyeye en az 175 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Sedyenin dıştan dışa ebatları en fazla 870x2185 mm olmalıdır.
5. Sedyeye yatma zemini ebatları en az 700x 2000 mm olmalıdır.
6. Sedyeye yatma zemini hareketli en az 4 parçadan oluşmalıdır
7. Sedyeye yatma zemini HPL kompakt laminat malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
8. Sedyeye ağırlığı en fazla 120 kg olmalıdır.
9. Sedyeye şasesi ve korkulukları paslanmaz çelikten mamul, anti-statik gri renkte boya ile kapalı olmalıdır.
10. Sedyeye sünger yatağı ile birlikte verilmelidir.
11. Sedyeye merkezi fren tertibatlı 4 adet tekeri sahip olmalıdır.
12. Sedyeye fren sistemi 3 kademeli olmalıdır. İstenildiğinde sedyenin iki çarpma tekerinin yönü kilitlene bilmeli, istenildiğinde dört tekeri de serbest olmalı, istenildiğinde de sedyenin 4 tekeri birden kilitli olabilmelidir. Fren tertibatının bu 3 ayrı kademesi tekerlerinin üzerinde bulunan fren pedalında renk kodlu işaretler ile anlaşılabilmelidir.
13. Sedyeye tekerleri 150 mm çapında anti-statik double teker olmalıdır.
14. Sedyeye tam boy X- Ray geçirgen olmalıdır. Böylelikle hasta yerini değiştirmeden röntgen çekimi yapabilmelidir.
15. Sedyeye en az 15 dereceye kadar trendelenburg, en az 12 dereceye kadar anti trendelenburg yapabilmelidir.
16. Sedyeye sırt kısmı en az 70 dereceye kadar yükseltilmelidir.
17. Sedyeye üst bacak kısmı en az 40 dereceye kadar yükseltilmelidir.
18. Sedyeye en düşük seviyede iken yerden yüksekliği en fazla 47 cm olmalıdır.
19. Sedyeye en yüksek seviyede iken yerden yüksekliği en az 80 cm olmalıdır.
20. Sedyeye korkulukları yana doğru gizlenebilir olmalıdır.
21. Sedyeye yatma zeminine entegre su terazisi olmalıdır.
22. Sedyenin dört köşesinde yatay ve dikey hareket eden 6 adet çarpma tamponları bulunmalıdır.
23. Sedyenin baş kısmında ameliyathane ataçmanları bulunmalıdır.
24. Sedyeye baş kısmında yuvasına sıkıştırılarak monte edilebilen serum askısı bulunmalıdır.
25. Sedyeye opsiyonel olarak yemek masası, X Ray kaset tutucu, oksijen tüpü, kateter, idrar torbası, sürgü gibi hasta gereksinimlerinin yerleştirilebileceği tutucuya sahip olmalıdır.

İstenilen aksesuarlar idari şartnamede belirtilmelidir.

Prof. Dr. M. Adnan ÖZTÜRK
Çocuk Sağ. ve Hast. Yenidoğan, Çocuk Acil Uzm.
Dip. No: 15708 / 19176
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri