

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
06/12/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (ÇEVRE VE ATIK YÖNETİM) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	ÇEVRE VE ATIK YÖNETİM BİRİMİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DİJİTAL TARTI CİHAZI (YAZICILI)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : Çevre ve Atık Birimi RAHMİ DURAN		
	Tel . 0352 207 66 66 – Dahili : 20083		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **10/12/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

05/12/2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri

Aysel UĞUR
Başhemşire

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	253.03.04.01.01.01.004				Dijital Tartı Cihazı (yazıcılı)	Adet	1	
2								
3								
4								
5								

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok ()

Sonuç :

İhale	Doğrudan	Üst
☐	Temin	Kurul
	☒	
İptal	Fiyat	
☐	Değerlendirilmesi	
	☐	

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

DİJİTAL TARTI CİHAZI (YAZICILI) TEKNİK ŞARTNAME

1.Tartı cihazı için;

Tabla çapı en az 80X90 cm olmalıdır.

Taksimatlar 50-100 g arasında olmalıdır.

Gösterge ayarlanabilir olmalıdır.

Gösterge ışıklı ve LCD ekran olmalıdır.

Cihaz otomatik sıfırlama ve dara alabilmelidir.

RS-232 çıkışı olmalıdır.

Yazıcı bağlanabilme özelliği olmalıdır.

Şarj edilebilir bataryası olmalıdır.

Çekeri en az 300 kg olmalıdır.

Üst kefe paslanmaz krom malzemeden olmalıdır.

2.Yazıcı için;

Yazıcı tartı cihazına kablosuz olarak bağlanmalıdır.

Tartımları toplayabilir olmalıdır.

Tartım sonuçlarını gösteren LCD ekran olmalıdır.

Ağırlık ve parça sayısının göre üst üste toplayarak çıktı verebilmelidir.

Yazıcı üzerinden rapor alınabilmelidir.

3.Tartı cihazı-yazıcı ile birlikte ücretsiz olarak 20 adet termal rulo kağıt verilecektir.

4.Cihazların CE si olmalıdır.

5.Cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır.

6.Cihazların Kayseri’de yetkili servisi olmalıdır.

7.Cihazlar harici (external) kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır.

8.Tartı cihazı ihalesini kazanan firma cihazları kurarak çalıştıracak ve istenilen özellikleri gösterecektir. Deneme yapıldıktan sonra cihazlar kabul edilecektir.


Rahmi DÜRAN
Çevre Mühendisi