

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
01.09.2020

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GAZ VAKUM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TEKLİ OKSİJEN FLOWMETRESİ	50 ADET	
2			
3			
4			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 10/09/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKLİ OKSİJEN FLOWMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler:

Flowmetreler oksijenin ayarlanabilen bir debide (akış oranında) nemlendirerek hastaya verilmesi için kullanılan cihazdır. Merkezi medikal oksijen sisteminden hastaya terapi ve tedavi amaçlı oksijen verebilmek için oksijen flowmetresine ihtiyaç vardır. Oksijen flowmetresi birim fiyatına nemlendirme şişesi ve nakliye dahildir.

- Flowmetreler imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Ayrıca üretici firma 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça garantisi verilmelidir.
- İmalatçı firmalar ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 kalite belgeli olmalıdır.
- İmalatçı firmalar CE kalite belgeli olmalıdır.
- İmalatçı firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- İmalatçı firma Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Oksijen flowmetresinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Oksijen Flowmetre akış skalası 0-15 lpm aralığında ve 1 lpm artışlı olacaktır.
- Teklif veren firma numune sunacak, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- Flowmetre 4 Bar basınçta çalışabilir olmalıdır.
- Skala Tüpü ve Koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Gövde Pirinç malzemeden mamul krom kaplı olmalıdır.
- Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- Flowmetre Ayar volanı prinç malzemeden mamul krom kaplı olmalıdır. Ayar volanı üzerinde açma-kapama yönü gösterilmeli ve firma-gaz cinsi kalıcı şekilde belirtilmelidir.
- Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Nemlendirme şişesi kabının su seviyesinin maksimum ve minimum değerleri belirtilmelidir.
- Nemlendirme şişesi otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 134 c de yapılabilir olmalıdır.
- Nemlendirme şişe kapağı ABS türevi LGH100 malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi içinde difüzör olmalıdır.
- Difüzör şeffaf sliken hortuma bağlanmalıdır.
- Oksijeni nemlendirme şişesinin içinde homojen eşit dağıtması için difüzör olması gerekmektedir.
- Üzerine BS standardına uyumlu direk bağlantılı abone fişi monteli olmalıdır.
- Oksijen Flowmetresi probunun uç noktası ile gövdeye bağlantı arasındaki mesafe 70 mm 'nin altında olmamalıdır.
- Flowmetre gövdesinin çapı en az 30 mm olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi ile flowmetre arası bağlantı vidalı olmalıdır ve elle sökölüp takılabilmelidir.
- Mevcut merkezi medikal gaz sistemine uyumlu olmalıdır.
- Flowmetrelerin Bakım-Onarım, Montaj ve Kullanma klavuzları flowmetrelerle birlikte verilmelidir. Bu klavuzlarda;
 - a. Flowmetrenin uluslararası standartlara uygunluğu belirtilmelidir.
 - b. Bakım, Onarım faaliyetleri ve süresi ile sıklığı belirtilmelidir.
 - c. Tavsiye edilen yedek parça listesi verilmelidir.