

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
02.10 2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GAZ VAKUM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI İŞİ 200 LİTRE TÜP BEBEK ÜNİTESİ	1 ADET	
	TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI İŞİ 240 LİTRE AFEREZ ÜNİTESİ	1 ADET	
3	TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI İŞİ 240 LİTRE AFEREZ ÜNİTESİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 10/10/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN (SIVI AZOT) PERİYODİK KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU:

Bu teknik şartname; ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde mecburi uygulamada bulunan seyyar sıvı Azot tankları için, çelikten ve alüminyumdan yapılan kullanım sırasındaki periyodik kontrol kurallarına dairdir. Ayrıca bu teknik şartname taşınabilir basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılması için hazırlanmış olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde kullanımı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akreditasyon sertifikasına sahip A Tipi kuruluşlarca veya A Tipi kuruluşlar tarafından denetlenen ve mesul olunan sözleşme imzalanmış yetkili bayilikleri aracılığıyla yapılması gereken bir iştir.

2- KAPSAM:

Çeşitli gazların basınçlı durumda doldurulmasına yarayan ve dikişsiz olarak çelik malzemeden yapılan ve alüminyum malzemeden imal edilmiş tankların periyodik kontrolü test işlemini kapsar.

3- GENEL ŞARTLAR:

Taşınabilir Kriyojenik tanklar **TS EN ISO 21009-2** standartlarında belirtilen sürelerde **TS EN ISO 21029-2**, **TS EN ISO 21009-2** **TS EN 13530-3** ve **TS EN 14197-3** standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

4- ÖZEL HUSUSLAR:

4.1- Hastanelerimizde kullanımda olan taşınabilir basınçlı kapların hastane içerisinde periyodik muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Hastanede taşınabilir basınçlı kapların periyodik kontrolü yapacak yetkili firma bu işleyişi aksatmayacak şekilde tedbir almak kaydıyla periyodik muayeneleri gerçekleştireceklerdir.

4.2- Periyodik muayenelerinin yapılması sakıncalı bulunan taşınabilir basınçlı kapların hurdaya ayrılma işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacaktır ve raporlanacaktır. Hurdaya ayrılan tüpler yapılan işlemler sonrası tarafımıza raporlarıyla birlikte ulaştırılacaktır.

4.3- Periyodik muayene sonrası tespit edilen kayıtlar ve raporlar standartlara uygun olarak düzenlenerek ilgili birime teslim edilecektir.

4.4- Teklif verecek firmalar TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını, hizmet yeterlilik belgelerini, yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenler ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasına ekleyecektir.

4.5- Tüp bebek ünitesinde kullanılmakta olan 200 litre 2004 model **MVE** marka **CUBK04D123** seri nolu sıvı azot tankının periyodik kontrolü yerinde yapılacaktır.

4.6- Aferez ünitesinde kullanılmakta olan 240 litre 1999 model **MVE** marka **CRRZ99L107** seri nolu ve 240 litre 2004 model **CHART INDUSTRIES** marka **CIXK04F111** seri nolu 2 adet sıvı azot tanklarının periyodik kontrolü yerinde yapılacaktır.

4.7 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesinde, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin, 2.Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Yine aynı yönetmeliğin 2.1.2. alt benti; “Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımıcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.

- Basınçlı kapların kontrol süre ve kriterleri tablo-1’de verilmiştir.

4.8 Çalışmayı yapacak firma 6331 sayılı “ iş sağlığı ve güvenliği kanunu”na uygun olarak bütün tedbirleri alacaktır.

4.9 Periyodik kontrol test işlemleri Gaz Vakum Atölyesi personeli eşliğinde yapılacak olup test işlemleri bittikten sonra teslimi sonrası faturasını periyodik kontrol raporları ile birlikte faturası teslim alınacaktır.

Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yard.