

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
21.10.2020

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	SEDYE MR UYUMLU	2 ADET	
2			
3			
	TEKNİK ŞARTNAMESLER İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/11/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MR Uyumlu Yükseklik Ayarlı Sedyeler Teknik Şartname

- Kullanılacak sedye MR uyumlu olup, 3 T ya kadar MR Uyumlu olmalı ve Türkiye ya da dünyadan bu konuda uzman bir laboratuvarından MR uyumlu test raporuna sahip olmalıdır.
- Ana malzemeleri non-magnetic paslanmaz çelik, alüminyum ve plastik olmalıdır.
- Hastanın konforu için rahat bir mindere sahip olmalıdır.
- Sedyeler yüksekliği 600 kg kaldırma kuvvetli, paslanmaz hidrolik piston ile ayarlanabilir olmalıdır. En düşük sedye yüksekliği 530mm en yüksek yükseklik 1000mm olmalıdır.
- Sedye 220 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Sedyenin başlık bölümünün yüksekliği hasta konforu için kolayca ayarlanabilmelidir.
- Sedyeler korkulukları sedyeye dikey ekseninde yanlara doğru indirilmelidir. Sedyenin korkulukları, içinde non-manyetik paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek kuvvetlere dayanıklı non-manyetik paslanmaz çelikten üretilmiş bir çerçevenin dışına poliüretan baskı yöntemiyle üretilmiş olmalıdır.
- Sedyenin her iki başında sedye itme kolları bulunmalıdır.
- Sedyenin her bir köşesinde poliüretan malzemeden üretilmiş ve içerisine 100 mm çapında çarpma tekeri takılabilen tampon bulunmalıdır.
- Sedyenin minder ölçüsü 60cm x 190 cm sedyenin itme kolları dahil toplam uzunluğunu 220 cm olması gerekmektedir.
- Hareketi ve sedye kontrolünü kolaylaştıran 4 adet rulmanlı 125 mm çapında her birisinin taşıma kapasitesi 100 kg olan tekerlekler olmalıdır. Tüm tekerler fren mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Sedyenin üst şase bölümü en az 80x20 mm non-magnetic paslanmaz çelikten en az 2 mm kalınlığında olmalıdır. Sedyenin alt şase bölümü 50x100 mm ve 3 mm kalınlığında non-magnetic alüminyum profillerden üretilmiş olmalıdır.
- Sedyenin sağ ve sol başlık tarafında 1'er adet devrilebilir teleskopik plastik kancalı serum askısı bulunmalıdır.
- Sedyenin alt şase bölgesinde 10lt o2 tüpü için yer bulunmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 89317 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Kürşat GÜNDOĞDU
Dahiliye Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No: 8379
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi