

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
18.01.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KELEBEK SET 23 NO	20 000 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

KELEBEK SET (NO:23) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sette en az travmayı oluşturacak şekilde tasarlanmış ultra keskin açık silikonize paslanmaz çelik iğne olmalı
 2. Yumuşak ve esnek tespit kanatları olmalı
 3. Kanatlar iğne kontrolünü sağlayacak şekilde yapılmış olmalı
 4. Kelebek iğne ucu damara girdikten sonra hafif bir hareketle damar dışına çıkmamalı
 5. Setteki kanatlar iğne boyutlarına göre renk kodlu olmalı
 6. 30 cm uzunluğunda yumuşak, büküldüğünde eski haline dönen hortumu olmalı
 7. Hortum ile bağlantılı tıkaçlı konnektör olmalı
 8. Tekli steril paketlerde olmalı ve paket sterilitesi bozulmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı
 9. Tekli steril paketler 100'lük karton kutularda olmalı ve karton kutu, içindeki steril malzemenin sterilitesini muhafaza edecek özellikte olmalı (neme ve basınca dirençli olmalı)
 10. Paketler üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı
 11. Kelebek setin ucu, vakuteynir ucu, stepkaka, serum seti vb. bağlantılarla uyumlu olmalı
 12. Steril paket açılınca kelebek iğne ucundaki kapak kendiliğinden hemen açılmamalı
- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

PROF.DR.BAŞAK NUR AKYILDIZ