

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
18.01.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ALÇI ALTI PAMUĞU 10 CM	5 000 ADET	
2	ALÇI ALTI PAMUĞU 15 CM	5 000 ADET	
3			
4			
5			
6			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

İhale Sıra No:1-2 ALÇI ALTI PAMUĞU (10 cm-15 cm)) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Medikal sentetik elyaftan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Pamuklu ped gibi su emmemelidir.
- 3- Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.
- 4- Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır.
- 5- Hipoallerjik olmalıdır.
- 6- Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.
- 7- Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalı ve 10'luk adetler halinde paketlenmiş olmalı,
- 8- X ışını geçirebilmeli röntgen çekilebilmelidir.
- 9- Rulo kağıt ile sarılmış olmalı, kağıt kolayca açıla bilmelidir.
- 10- AB direktifine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE belgeli olmalıdır.
- 11- Sağlık bakanlığından üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır.
- 12- Ürün belirtilen ölçülerde olmalıdır(10cmx200cm,15cmx200cm)
- 13-Firmaların değerlendirme ve şahit numune vermesi gerekmektedir,
- 14-Numune incelenip, değerlendirildikten sonra uygun olduğu takdirde alımına karar verilecektir,
- 15-Satın alınmasına karar verilen numune, satın alındıktan sonra gelen malzemelerle aynı özellikte olması gerekmektedir.