

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
19.01.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	LARINGOSKOP DİS. BLADE ZOR ENTÜBASYON İÇİN NO:3	10 ADET	
2	LARINGOSKOP DİSP. BLADE NO:4	50 ADET	
3	LARINGOSKOP DİSP. BLADE NO:3	50 ADET	
4			
5			
6			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 03/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MCGRATH MAC VIDEO LARİNGOSKOP TEK KULLANIMLIK BLADE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Bladeler Mcgrath MAC cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Bladelerin'in üzerinde bir klips olmalıdır böylece laringoskopa kolayca yerleştirebilir özellikte olmalıdır.
3. Blade Macintosh tipte olmalıdır.
4. Blade'in buğu önleyici özelliği olmalıdır (anti fog).
5. Blade dayanıklı optik polimer malzemedен üretilmiş olmalıdır.
6. Blade dişi koruyan yapıda olmalıdır.
7. Cihaz üzerinde bıçağın takıldığı çelik kısmın genişliği 11,9mm olmalıdır.
8. Blade tek kullanımlık ve steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
9. Blade boyları; 2 numara,3 numara ve 4 numara olmalıdır ve her bir numara blade 50'li kutuda bulunmalıdır.
10. Ayrıca ürün gamında zor entübasyon da kullanılmak üzere 3 numara X blade'de olmalıdır.X blade 10'lu kutuda bulunmalıdır.
11. Cihazın bıçak(blade) uzunlukları aşağıda belirtildiği olmalıdır;
MAC2 ; genişlik – 22mm / uzunluk -110 mm olmalıdır.
MAC3 ; genişlik – 27mm / uzunluk – 121 mm olmalıdır.
MAC4 ; genişlik -29mm / uzunluk – 130 mm olmalıdır.
X3 ; genişlik -25mm / uzunluk – 118mm olmalıdır.