

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
19.01.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ACİL TIP A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	DOKU YAPIŞTIRICISI	200 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 03/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

YÜZEYSEL DOKU YAPIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Topikal cilt yapıştırıcısı steril ve sıvı halde olmalı, monometrik (2-oktil siyanoakrilat) formülasyona sahip olmalıdır.
2. 0,36 ml'lik tek kullanımlık bir aplikatör içinde blister içinde blister ambalajla paketlenmiş olmalıdır.
3. Oda sıcaklığında 24 ay raf ömrü olmalıdır. Kullanıldığı zaman düşük sıcaklıkta saklanması gerek olmamalıdır.
4. Ürün cilde uygulandıktan 2,5 dakika sonra, iyileşen cildin 7. günündeki kuvvetine eş değer bir doku desteği sağlanmalıdır.
5. Ürün enfeksiyona yol açabilecek bakterilere karşı bariyer görevi görmelidir. Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis bakterilerinin penetrasyonunu engellediği in- vitro çalışmalar ile kanıtlanmış olmalıdır.
6. Ürün uygulandıktan sonra 5-10 gün içerisinde iyileşen cilt re –epitelize olurken oluşan film tabakası da soyulmalı veya düşmelidir.
7. Ürün uygulaması sırasında gerekirse 10 saniye içinde silinebilmelidir.
8. Ürün, uygulama sonrası hastaya anında duş alabilme imkanı tanınmalıdır.
9. Ampuller (doku yapıştırıcısı), kullanım süresinin (miladının) dolma tarihinden en geç 3 ay önce, yenileriyle değiştirilmelidir.


Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp A.D. Başkanı