

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
18.01.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ULTRASON JELİ 1 KG	600 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ULTRASON JELİ (ULTRASON TRANSMİSYON JELİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ultrason jeli formaldehit, tuz veya herhangi bir toksik madde içermemeli.
- 2- Ultrason jeli su bazlı olmalı. Yağ ve yağlı madde içermemeli.
- 3- Ultrason jeli ultrason cihazlarının problarda kalıntı ve hasar oluşturmamalıdır.
- 4- Ultrason jeli 1.000 ml'lik kutularda olmalıdır.
- 5- Ultrason jeli şeffaf olmalı.
- 6- Ultrason jeli geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermeli.
- 7- Ultrason jeli hipoalerjik olmalı.
- 8- Ultrason jeli bakteristatik olmalı ve sensitiviteye yol açmayan formülden oluşmalı.
- 9- Kokusuz olmalı.
- 10- Hava kabarcığı içermemeli.
- 11- Cilt veya kıyafetlerde boyama yapmamalı.
- 12- AT Sertifikası/Sertifikalari (EC Certificate) mutlaka bulunmalıdır.
- 13- Viskozite ortalama 80,000 olmalı.
- 14- Ph oranı 7 olmalı,
- 15- Etiketini yıpranmayan-çıkımayacak şekilde olmalı.
- 16- Koli üzerinde üretici firma ve ürün bilgileri olmalı.
- 17- Ürün CE kalite belgesine sahip olmalı.
- 18- Ürünün akredite kuruluştan dermatolojik testleri yapılmış olmalı.
- 19- Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
- 20- Raf ömrü 70 derecede stabil olmalı ve en az 12 ay mialtı olmalıdır.

DOÇ.DR. HAKAN İMAMOĞLU