

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
02.02.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi SPOR HEKİMLİĞİ A.D.. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KUPA 7 CM	1500 ADET	
2	KUPA 6 CM	500 ADET	
3	HAZIR PEDLİ SABİTLEME BANDI	2000 ADET	
4	HOT PACK PEDİ	10 ADET	
5			
6			
7			
8			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

HOT PACK PEDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici toz halinde kimyasal bulunmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde su ile temas edince jel haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır,
2. Pedler küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
3. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
4. Pedlerin en az iki kenarında pedleri hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaşdan dikilmiş kulplar olmalıdır
5. Pedler 30x40 ± 5 cm ölçülerinde olmalıdır.



10.01.2022

Doc. Dr. Soner AKKURT
Erciyes Ün. Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Anabilim Dalı
Dip Tıp 253

GETAT MERKEZİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESLERİ

KUPA

1. Kupalar yaş ve kuru kupa uygulamasına uygun olmalı
2. Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalı
3. Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum sağlayacak şekilde, cidardan biraz daha geniş olmalı
4. Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde bir sibop olmalı
5. Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
6. Pompa başlığı işlem sırasında çıkmamalı

HAZIR PEDLİ SABİTLEME BANDI

1. Steril paketlerde olmalı
2. Tek kullanımlık olmalı
3. Alerjik olmamalı
4. 10X10 cm ebatlarında olmalı
5. Üzerindeki kağıt katman kaldırıldığında ped kısmının çevresinde cilde yapışabilen malzeme olmalıdır

10.01.2022

Doç. Dr. Söner AKKURT
GETAT Merkezi Sorumlusu