

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
03/02/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ÜROLOJİ A.D ünitesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

SELMA ÖZLÜ
HASTANE MÜD. YRD.

S.no	malzemenin cinsi	Miktarı	Birim fiyatı
1	DOUBLE J STENT SET 6 FR 28 CM	250 ADET	
2	DOUBLE J STENT SET 6 FR26 CM	50 ADET	
3	DOUBLE J STENT SET 6 FR24 CM	50 ADET	
4	DOUBLE J STENT SET 7 FR 28 CM	100 ADET	
	NOT: EKTEKİ BELGENİN DE DOLDURULURAK İMZALI VE KAŞELİ BİR ŞEKİLDE TEKLİF VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR!		
	Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak teklif vermeniz önemle rica olunur.		
1	Teklif mektupları firma başlıklı kağıtlara yazılacaktır.		
2	Zamanında verilmeyen, açık adres, kaşe ve imza olmayan, silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirilmez.		
3	Teklif zarfları kapalı olmalı ve teklif konusu zarfın üzerine yazılı olmalıdır.		
4	TEKLİF MEKTUPLARINA HASTA ADI VE ÜRÜN BARKODU YAZILMALIDIR.		
5	İstekli firmalar; sosyal güvenlik kurumunun yayınlamış olduğu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre teklif etmiş oldukları malzemeler ile ilgili, malzemenin ek-3 listesinde olup olmadığını, malzemenin Ek-3 listesinde olması durumunda, SUT kodunu firma orijinal antetli kağıda yazarak bildireceklerdir.		
6	Teklif edilen ürünlerin, markası ve ambalaj şekli yazılmalıdır. Teklif edilen ürünlerin, birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılmalıdır.		
7	Teklif edilen ürünlerden, teklif mektubu ile birlikte numune getirilecek numunesi getirilemeyecek cihazlar için katalog gönderilecektir.		
8	Sipariş edilen malzemeler depoya teslim edilirken, kesilen faturanın üzerinde malzemelerin barkod kodları bulundurulmalıdır.		
9	Satınalma konusu olan malzemeler; Şu anda hastanemizde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacağı için acilen temin edilmesi gerektiğinden, teklif mektubunun 1 GÜN içerisinde verilmesi, malzemelerin de en geç 2 GÜN içerisinde teslimi sağlanacaktır.		
10	Ödeme sırasının ve gününün belirlenmesinde; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri uygulanacaktır.		
11	Bu ilan tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde, İdaremizin yapmış olduğu doğrudan temin alımlarında, taahhütlerini layığı ile yerine getirmediği tutanak ile tespit edilen isteklilerin, teklifleri kabul edilmeyecektir.		

NOT : NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anı Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli ifrmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunulması gerekmektedir.

Teklif mektuplarının en geç 07/03/2022 mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederim. e-mail yoluyla gönderilen kabul edilmemektedir.

Sıra No	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı

6FR 28CM DOUBLE J STENT

1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.038 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 6Fr kalınlığında ve 12,16,24,28 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

6FR 26CM DOUBLE J STENT

1. Stent 6Fr kalınlığında ve 24cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Double J Stent, insan vücuduna zarar vermeyecek, insan vücudu içerisinde uzun süre kalabilecek ve idrar ile temas sonrasında bozulmayacak materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Stentin her iki ucu açık olmalıdır.
3. Stentin üstünde delikler olmalıdır, diğer ucu inceleyerek gelmelidir.
4. Stent 0,038inç kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilmelidir.
5. Stent içerisinde 1 adet 6Fr 24cm stent yerleştiricisi ve düz uçlu 0.038inç kılavuz tel olmalıdır.
6. Ürün steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar bir adet numune vereceklerdir.
8. Ürün radyopak olmalıdır.
9. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
10. Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.
11. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.
12. Her ürün paketi üzerinde stentin kalınlığı (Fr), uzunluğu (cm) ve klavuz telin kalınlığı (inh) olarak belirtilmelidir.

6FR 24 CM DOUBLE J STENT

1. Stent 6Fr kalınlığında ve 24cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Double J Stent, insan vücuduna zarar vermeyecek, insan vücudu içerisinde uzun süre kalabilecek ve idrar ile temas sonrasında bozulmayacak materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Stentin her iki ucu açık olmalıdır.
4. Stentin üstünde delikler olmalıdır, diğer ucu inceleyerek gelmelidir.
5. Stent 0,038inç kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilmelidir.
6. Stent içerisinde 1 adet 6Fr 24cm stent yerleştiricisi ve düz uçlu 0.038inç kılavuz tel olmalıdır.
7. Ürün steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar bir adet numune vereceklerdir.
9. Ürün radyopak olmalıdır.
10. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
11. Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.
12. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.
13. Her ürün paketi üzerinde stentin kalınlığı (Fr), uzunluğu (cm) ve klavuz telin kalınlığı (inh) olarak belirtilmelidir.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

7FR 28CM DOUBLE J STENT

1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.038 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 6Fr kalınlığında ve 12,16,24,28 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

