

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
03/02/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi BEYİN CERRAHİ A.D bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

SELMA ÖZLÜ
HASTANE MÜD. YRD.

S.no	malzemenin cinsi	Miktarı	Birim fiyatı
1	BORHOL 12MM YÜKSEK BASINÇLI	5 ADET	
2	BORHOL 16MM NORMAL BASINÇLI	50 ADET	
3	BORHOL 12MM NORMAL BASINÇLI	50 ADET	
	NOT: EKTEKİ BELGENİN DE DOLDURULURAK İMZALI VE KAŞELİ BİR ŞEKİLDE TEKLİF VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR!		
	Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak teklif vermeniz önemle rica olunur.		
1	Teklif mektupları firma başlıklı kağıtlara yazılacaktır.		
2	Zamanında verilmeyen, açık adres, kaşe ve imza olmayan, silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirilmez.		
3	Teklif zarfları kapalı olmalı ve teklif konusu zarfın üzerine yazılı olmalıdır.		
4	TEKLİF MEKTUPLARINA HASTA ADI VE ÜRÜN BARKODU YAZILMALIDIR.		
5	İstekli firmalar; sosyal güvenlik kurumunun yayınlamış olduğu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre teklif etmiş oldukları malzemeler ile ilgili, malzemenin ek-3 listesinde olup olmadığını, malzemenin Ek-3 listesinde olması durumunda, SUT kodunu firma orijinal antetli kağıda yazarak bildireceklerdir.		
6	Teklif edilen ürünlerin, markası ve ambalaj şekli yazılmalıdır. Teklif edilen ürünlerin, birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılmalıdır.		
7	Teklif edilen ürünlerden, teklif mektubu ile birlikte numune getirilecek numunesi getirilemeyecek cihazlar için katalog gönderilecektir.		
8	Sipariş edilen malzemeler depoya teslim edilirken, kesilen faturanın üzerinde malzemelerin barkod kodları bulundurulmalıdır.		
9	Satınalma konusu olan malzemeler; Şu anda hastanemizde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacağı için acilen temin edilmesi gerektiğinden, teklif mektubunun 1 GÜN içerisinde verilmesi, malzemelerin de en geç 2 GÜN içerisinde teslimi sağlanacaktır.		
10	Ödeme sırasının ve gününün belirlenmesinde; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri uygulanacaktır.		
11	Bu ilan tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde, İdaremizin yapmış olduğu doğrudan temin alımlarında, taahhütlerini layığı ile yerine getirmediği tutanak ile tespit edilen isteklilerin, teklifleri kabul edilmeyecektir.		
12	Fatura tarihinden ödemeye kadar geçen süre içerisinde firmalar vade farkı ya da faiz talep etmeyeceklerdir		

NOT : NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anılan Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunulması gerekmektedir.

Teklif mektuplarının en geç 07/03/2022 mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederim. e-mail yoluyla gönderilen kabul edilmemektedir.

Sıra No	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı

BURRHOLE ŞANT VALFİ – ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şant burrhole türünde olmalı, silikon elastomer polypropylene' den imal edilmiş olmalıdır.
2. Burrhole valf çapı 16mm olmalıdır.
3. 16mm valf'in dış çapı 22mm, üst daire yüksekliği 6mm, alt daire yüksekliği 5mm olmalıdır.
4. Şant'ın 3 sabit basınç seçeneği olmalıdır. Düşük 50mm H2O - orta 110mm H2O - yüksek 170mm H2O basınç seviyelerinde olmalıdır.
5. Şant gövdesi üzerinde basınç seviyesini gösteren radyopak işaretler ve kolay sütün atmaya yarayan geniş yan yüzeyi olmalıdır.
6. MRG ve CT uyumlu olmalıdır, valve mekanizması inlet konnektörünün çıkış ağzında düz olarak yerleştirilmiş olmalı, BOS akışını engellemeyen 3 çıkış noktalı polypropylene iğne koruyuculu olmalıdır.
7. Şant çift steril poşetli ve koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.
8. UBB kaydı ve Uluslar Arası Kalite Belgeleri olmalıdır.


Doç. Dr. Mustafa
Eğilim ve Yönetim
Diyarbakır University

1. Şant burrhole türünde olmalı, silikon elastomer polypropylene' den imal edilmiş olmalıdır.
2. Burrhole valf çapı 12mm olmalıdır.
3. 12mm valf'in dış çapı 16mm, üst daire yüksekliği 5mm, alt daire yüksekliği 3.5mm olmalıdır.
4. Şant'ın 3 sabit basınç seçeneği olmalıdır. Düşük 50mm H₂O - orta 110mm H₂O – yüksek 170mm H₂O basınç seviyelerinde olmalıdır.
5. Şant gövdesi üzerinde basınç seviyesini gösteren radyopak işaretler ve kolay sütür atmaya yarayan geniş yan yüzeyi olmalıdır.
6. MRG ve CT uyumlu olmalıdır, valve mekanizması inlet konnektörünün çıkış ağzında düz olarak yerleştirilmiş olmalı, BOS akışını engellemeyen 3 çıkış noktalı polypropylene iğne koruyucu olmalıdır.
7. Şant çift steril poşetli ve koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.
8. UBB kaydı ve Uluslar Arası Kalite Belgeleri olmalıdır.

Doc. F. 100mer 100K
No 1000/111924
Pusat Penelitian Matematika