

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
04.02.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi CERRAHİ ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	CİLT KALEMİ	1500 ADET	
2	KOTER PLAGİ	2000 ADET	
3	AIRWAY NO:4 (SARI)	2000 ADET	
4	AIRWAY NO:0 (MAVİ)	200 ADET	
5	CVP KATETERİ 3 YOLLU 7F 20CM	200 ADET	
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK,NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

CİLT KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalem tekli paketlenmiş olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Kalem içindeki mürekkep cilt üzerinde leke bırakmayan gantian viyole mürekkep olmalıdır.
4. Mürekkebin toksik özelliği olmamalıdır.
5. Kalem ucu neme karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Paket içinde ölçüm cetveli bulunmalıdır.
7. Malzeme depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
8. Cilt kaleminin ucu genel kullanım için 'medium' (orta) kalınlıkta, hassas çizimler için ise 'fine' (ince) kalınlıkta olmalıdır.
9. Kalem ucu kalınlıkları ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

KOTER PLAĐI (HASTA DÖNÜŐ ELEKTRODU) TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Dönüş elektrodunun yapısında, hidrojel cins yapışkan olmalıdır.
2. Elektrodun temas empedansı 15 – 135 ohm arasında olmalıdır.
3. Elektrodun boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı ise 137cm²'den küçük olmamalıdır.
4. Dönüş elektrodunun iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölgeden oluşmalıdır. Böylece kullanılacağı elektrokoterin REM ve Adaptive REM hasta emniyet sistemine uyum göstermelidir.
5. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.
6. Dönüş elektrodu kablosuz olmalıdır.
7. Hastaya temas yüzeyinde lateks bulunmamalı ve bu belgelenmelidir.
8. Tehlike yaratabilecek sıcaklık artışlarını engellemelidir. Bu konuda AAMI standartlarına sahip olmalıdır.
9. Su geçirmez yapıda olmalıdır.
10. Dokuda kimyasal reaksiyon yaratmayacak yapıda olmalıdır.
11. Uygulama sonunda dokuda yapışkan kalıntı bırakmamalıdır.
12. Hasta takibi için etiketi olmalıdır.
13. Dönüş elektrodu ile birlikte uyumlu kablosuda verilmelidir.

AİRWAY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır.
2. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
3. Travma oluşturmeyan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemeli
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalı
5. Renk kodu bulunmalı
6. Ambalaj tekli, temiz paketlerde olmalı
7. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 9 . Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

CVP KATETERİ 3 LÜMEN 7F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içindeki kateter, 16 G, 18 G ve 18 G'lik üç geniş lümenli, 7 F kalınlığında olmalıdır.
2. Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.
3. Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.
4. Santral venöz fonksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.
5. Kılavuz tel, J uçlu fleksible, diğer ucu düz olmalıdır.
6. Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.
7. Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.
8. CE uygunluk belgesi olmalıdır.
9. Kateter setlerinden en az üç örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
11. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.
12. Kataterin uzunluğu 15-20 cm aralığında olup, katater uzunlukları bölümün isteği doğrultusunda belirlenecektir.