

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
23.02.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GASTROENTEROLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	BİLİYER STENT METAL KAPSIZ	2 ADET	
2	BIYOPSİ FORSEPSİ GASTROSKOPİK (JUMBO)	10 ADET	
3	BIYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPİK (JUMBO)	10 ADET	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

92-BİLIARY STENT KAPSIZ

- 1-STENT SELF EXPANDABLE OLMALIDIR.
- 2-STENT MATERYALI NİTİNOL OLMALIDIR.
- 3-STENT FLEXİBLE OLMALIDIR.
- 4-STENT KAPSIZ OLMALIDIR.
- 5-STENT ÇAPI 10 MM , STENT UZUNLUKLARI 8 CM OLMALIDIR.
- 6-VAKA ESNASINDA STENTİN % 80 LİK KISMI AÇILMIŞ OLSA BİLE TEKRAR İNTRODUCER İÇERİSİNE TOPLANABİLMELİDİR.
- 7-STENT İNTRODUCERİ 6FR ÇAPINDA VE ÇALIŞMA UZUNLUĞU EN AZ 180 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 8-STENTİN DİSTAL VE PROXİMAL UÇLARI KONİK ŞEKLİNDE GENİŞLEMELİ VE EN AZ 12 MM ÇAPINDA OLMALIDIR.
- 9-STENTİN RADYAL FORSU YÜKSEK OLMALIDIR.
- 10-UYGULAMA APARATI ÜZERİNDE GÜVENLİK KİLİDİ BULUNMALIDIR.
- 11-0.035 KILAVUZ TEL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.
- 12-UYGULAMA APARATINDA ENJEKSİYON LÜMENİ BULUNMALIDIR.
- 13-STENT ÜZERİNDE EN AZ 8 ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
- 14-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.
- 15-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR

Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

60-DİSPOSABLE JUMBO BİYOPSİ FORSEPSİ GASTROSKOPİK

- 1-ÜRÜN KATETERİ 3.0 MM DIŞ ÇAPA SAHİP OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETERİ 180 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 3-ÜRÜN OVAL TİP OLUP İĞNELİ VE İĞNESİZ ALTERNATİFLERİ BULUNMALIDIR.
- 4-FORSEPS KAPAKÇIKLARI EN AZ 8.0 MM GENİŞLİĞİNDE AÇILABİLMELİDİR.
- 5-FORSEPS KAPAKÇIKLARI KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
- 6-FORSEPS ŞAFTI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP ÜZERİ KAPLI OLMALIDIR.
- 7-KATETER KAPLAMASI ÜZERİNDE POZİSYONLANDIRMA MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-3.4 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 10-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.

61-DİSPOSABLE JUMBO BİYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPİK

- 1-ÜRÜN KATETERİ 3.0 MM DIŞ ÇAPA SAHİP OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETERİ 230 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 3-ÜRÜN OVAL TİP OLUP İĞNELİ VE İĞNESİZ ALTERNATİFLERİ BULUNMALIDIR.
- 4-FORSEPS KAPAKÇIKLARI EN AZ 8.0 MM GENİŞLİĞİNDE AÇILABİLMELİDİR.
- 5-FORSEPS KAPAKÇIKLARI KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
- 6-FORSEPS ŞAFTI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP ÜZERİ KAPLI OLMALIDIR.
- 7-KATETER KAPLAMASI ÜZERİNDE POZİSYONLANDIRMA MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-3.4 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 10-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.

Yrd. Doç. Dr. Emin Can ÖZGİN
Erişim
Gözetim
Dip. Tes. No: 16007