

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
23.02.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ORTOPEDİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	9/0 POLYAMIDE SÜTÜR	100 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

9/0 ETHİLON SÜTÜR

- 1-Mazleme içeriđi polyamide 6 olmalıdır.
- 2-Ürün no 9/0 kalınlıkta , 3/8 eğimli 5.0 mm çift spatül , mikropaint yapıda ve 30 cm uzunlukta olmalıdır.
- 3-Monofilaman , Sentetik Emilmeyen yapıda olmalıdır.
- 4-Malzeme mavi veya siyah renkli olmalıdır.
- 5-İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip, bükölüp kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 6-Kozmetik sonuçları için dar çaplı olmalıdır. Çoklu geçişlerde (en az 30 geçiş) ucu körelmemeli ve kolaylıkla dokudan geçmelidir. Numune değeriendirme esaslarındandır.
- 7-Sütürler paketten çıktığında sütünün paket hafızası minümum ve sütün paketinde çıktığında olabildiğince düz yapıda olmalıdır.
- 8-Malzemeler tek tek steril poşetlerde , nemden ısıdan etkilenmeyecek şekilde olmalı ve orijinal kutularında teslim edilmelidir. Son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 9-Numuneler klinik tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Mahmut ARGÜN

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı

