

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
02.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞİLTE YATAK (86*198 * 12 cm)	24 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 15/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ŞİLTE ŞARTNAME

- 1-Hasta yataklarına uygun tasarlanmalıdır.
- 2-Hasta yataklarında bulunan ayak, baldır ve baş pozisyonlarını yaparken pozisyona uygun hareket edilmelidir.
- 3-Şiltenin 4 köşesi radius kesim olmalıdır.
- 4-Yatak şiltesi en az 32 kg/m3 PU süngerden üretilmiş olacaktır.
- 5-Özel CNC kesimleri olacak ve hava sirkülasyonu sağlanacaktır. Bu sayede kullanıcının aşırı terlemesini engelleyecek özellikte olacaktır.
- 6-Özel CNC kesimleri ile basınç noktalarını minimize ederek hastanın konforunu artırır özellikte olacaktır.
- 7-Hasta şiltesi açık hücreli poliüretan süngerden üretilmiş olacaktır.
- 8-Hasta şiltesi istenilen ölçülerde ve özelliklerde olacaktır.
- 9-Yatak şiltesi 198x86x(±2) ölçüde,12 cm (±2)kalınlıkta olacaktır.
- 10-PU kılıf 10 yıkamaya kadar dayanıklı olacaktır.
- 11-Kılıf nefes alabilir, sıvı geçirmez özelliklerde olacaktır.
- 12-Kılıf, gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliğine sahip olacaktır.
- 13-Kılıf max.90°±C de çamaşır makinesinde yıkanabilir özellikte olacaktır.
- 14-Poliüretan yatak kılıf, PVC esaslı madde içermez özellikte olacaktır.
- 15-Kılıf dış yüzeyi kolayca çıkarılabilmesi için 3 tarafı fermuarlı olarak hazırlanacaktır.
- 16-Kılıfta bulunan kapaklı fermuar yapısı sayesinde sıvının fermuar sisteminden içeri nüfus etmesi engellenecektir.
- 17-PU kılıf kan ve vücut sıvılarını geçirmem özelliğine sahip olacaktır.

BİLİM DALI BAŞKANI

PROF.DR.ORHAN YILDIZ
Prof. Dr. Orhan YILDIZ
Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji AD,
Dip. Tay. No: 49320
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi