

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10.03.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	AMBU (DİSPOSABLE – YETİŞKİN)	600 ADET	
2	OKSİJEN SATURASYON PROBU (YETİŞKİN)	1 000 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ-VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 17/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

AMBU YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık olmalıdır,
- 2-O2 Bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası,rezervuar valfi olmalı.
- 3-En az 2 adet airway , 2 adet pvc ağız maskesi olmalı,
- 4-Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı.
- 5-Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı.
- 6-Pvc'den yapılmış olmalı,
- 7-Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli.
- 8-Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı.
- 9-Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli.
- 10-Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı.
- 11-Erişkin basınç kapasitesi 60 ± 20 cm H₂O olmalı, basınç kapasitesi 40 ± 20 cm H₂O olmalı
- 12-Basınç 60 cm H₂O'yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı.
- 13-Ambu balon kapasitesi erişkin için 1500/1350ml,
- 14-Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı.
- 15-Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı .
Temizliği için çıkarılabilir olmalı.
- 16-Rezervuar torba kapasitesi erişkin için 2500/1200ml,
- 17-Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı.
- 18-Erişkin ambularında rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı.
- 19-ISO, CE, EN vb. belgelerden birine sahip olmalı.
- 20-2 yıl garantili olmalı.

Doç.Dr.IŞIN GÜNEŞ

OKSİJEN SATRASYON PROBU (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Prob oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve infant tipleri bulunmalıdır.
- 2.Prob, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.
- 3.Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır ve lateks içermemelidir.
- 4.Probun kendinden kablosu olmalıdır, kablosu takılıp sökülen tipte olmamalıdır.
- 5.Prob, orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- 6.Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve özellikleri yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.
- 7.Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 8.Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak parazitleri giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.
- 9.Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
- 10.Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilmeli ve hasta cildini yakmamalıdır.
- 11.Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.
- 12.Probun oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı, yapışkan olmayan bölge bulunmamalıdır.
- 13.Yetişkin ve pediatrik problemlerin kablo boyları en az 45 cm olmalıdır.
- 14.Neonatal ve infant problemlerin kabloları küvöz dışına uzanabilecek kadar uzun, en az 90 cm olmalıdır.

Doç.Dr.IŞIN GÜNEŞ