

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10.03.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	POLİMER LİGASYON KLİPS KİLİTLİ X LARGE	200 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 24/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

POLİMER LİGASYON KLİPSİ KİLİTLİ X LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Klips bileşeni insan vücudunda hiçbir yan etkisi olmayan , absorbe olmayan Polimer Poliasetal olmalıdır.
2. Klipsler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
3. Klips kartuşları en az 6 adet klips içermelidir.
4. Klipsler gerek açık cerrahi ve laparoskopik cerrahide sorunsuz kullanılabilmelidir.
5. Klips tam kapama sağlayan kayık şeklinde olmalıdır.
6. Klips uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
7. Klipsin iç kısmında kaymayı engelleyen entegre edilmiş dişler bulunmalıdır.
8. Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar olmalıdır.
9. Klips aplikatör üzerinde esneklik sağlayan esnek köşe yapısına sahip olmalıdır.
10. Klipsler radyo transparan olmalı,yapıları sayesinde MRI ve Röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmemelidir.
11. Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat eldiveni,ameliyat elbisesine veya örtüye rahatlıkça yapışabilen yapıda olmalıdır.
12. X Large klips 7-16 mm arasındaki doku ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
13. X large klipler renk kodu olmalıdır.
14. Satıcı firma yetkili olduğunu bildirmelidir.
15. Ürün UBB ve SUT kodu olmalıdır.

POLİMER X LARGE KLİP ATICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Polimer klip atıcı 10 mm çapında olmalıdır.
- 2- Polimer klip atıcı xlarge ebadındaki klipleri atmaya uygun olmalıdır.
- 3- Polimer klip atıcının boyu 33-35 olmalıdır.
- 4- Polimer klip atıcının üzerinde yıkama kanalı bulunmalıdır.
- 5- Polimer klip atıcı temizlenebilmesi için parçalanabilmelidir.
- 6- Polimer klip aplikatörü tamamen metal olup sürekli kullanıma uygun olmalıdır.
- 7- Aplikatörler numune kullanım sonucu değerlendirilecektir.

Ürünler aşağıdaki gibidir.

POLİMER LİGASYON KLİPSİ KİLİTLİ XL	200 ADET
POLİMER XL KLİP ATICI (BEDELSİZ VERİLECEK)	3 ADET
POLİMER XL KLİP ÇIKARICI (BEDELSİZ VERİLECEK)	1 ADET


Doç. Dr. Tutkun TALİH
Dip. Tes. No: 131722 Üzn. Tes. No: 99675
Genel Cerrahi A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri