

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
10.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi RADYOLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	EXTERNAL DRENAJ KATETERİ 12F	50 ADET	
2	HEMODİYALİZ KATETERİ KALICI 14.5 F	300 ADET	
3	KLAVUZ TEL SERT KISA 90CM -+ 10 CM	250 ADET	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 24/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

12 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kateter pigtail uçlu, bilier drenaj ,nefrostromi,abse ve diğer sıvıların drenajlarında kullanılmak üzere ultrathane materyalden üretilmiş olmalı ve sürtünmesiz, bükülme ve kırılmalara dayanıklı, kolay yerleştirilme özelliklerine sahip olmalıdır.
- 2- Kateterler hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 3- Kateter 12 F kalınlıkta olmalıdır.
- 4- Kateter uzunluğu 25-35 cm aralığında seçilebilmelidir.
- 5- Kateter delikleri abse drenajını sağlamak için geniş delikli olmalıdır.
- 6- Delikler yoğun mayi içeriğini drene edebilecek genişlikte olmalıdır.
- 7- Drenaj deliklerinin sayısı 5-6-8 adet seçilebilmelidir.
- 8- Kateter set içerisinde kanül ihtiva etmelidir.
- 9- Kateter kilitli olmalı kilit ipi guide wire lümeni ile aynı lümende kilitleme yapmayan mac-loc kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
- 10- Ürün steril ambalajında ve üzerinde tüm teknik bilgileri yazılı olmalıdır.
- 11- Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır.
- 12- Drenaj kateteri One Step (trocar tekniği) kullanımına uygun olmalıdır.
- 13- Kateterin uç kısmı incelererek gelmelidir.
- 14- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
- 15- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
- 16- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
- 17- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 18- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
- 19- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN


Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



HEMODİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Ven , Subklavyen ven ve Femoral ven uygulanabilir olmalıdır.
2. Kateter 14.5 Fr ve en az 4 farklı boyutta olmalıdır.
3. Kateter ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.
4. Kateter kolay takılmalı ve hasta konforunu arttırmalıdır.
5. Kateter yüksek biyouyumlu poliüretan materyalden (karbotan) yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır.
6. Kateter materyal yapısından dolayı kink yapmaya dirençli olmalıdır.
7. Bu poliüretan dizayn ile betadin ve alkol tabanlı dezenfektanlara uyum sağlamalıdır.
8. Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli iç fiksasyon sağlamalıdır ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturmalıdır.
9. Kateterin güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
10. Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
11. İki lümenli kateter üzerinde arter ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
12. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
13. Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır.
14. 1 adet çift lümen 14.5F cuffli kateter olmalıdır.
15. 1 adet giriş iğnesi
16. 1 adet markerlı J tip Guide Wire olmalıdır.
17. 2 adet damar dilatörü olmalıdır.
18. Yeterli sayıda enjektör olmalıdır.
19. 1 adet metal, trokar olmalıdır.
20. 1 adet bistüri no:11
21. 4 adet Gaz Tampon.
22. 1 adet Tunneling Stylet
23. 1 adet valfli PTFE peelaway sheath olmalıdır. Bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimize etmelidir.
24. Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
25. Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.
26. Son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.
27. Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
28. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir ve değişim 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
29. Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
30. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş yada benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



KILAVUZ TEL SERT KISA J UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Yüksek yönlendirilebilirlik ve izleyebilirlik özellikleri olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
3. Kılavuz tel çekirdeği, fixed core özellikte olup, süper esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
4. Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak (fleksibl) olmalı, bunun uzunluğu 5 cm.'den kısa 10 cm'den uzun olmamalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
5. Malzeme 0.035 inç kalınlığında olmalıdır.
6. 90 +/-10 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır.
8. J uçlar 3 mm. ölçülerinde olmalıdır.
9. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
10. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
13. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
15. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN

Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

