

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi CERRAHİ ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFLI NO: 4,5	10 ADET	
2	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFLI NO: 6,5	10 ADET	
3	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFLI NO: 7	20 ADET	
4	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFLI NO: 7,5	40 ADET	
5	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFLI NO: 8	40 ADET	
6	FOLEY SONDA SİLİKONLU NO:18	100 ADET	
7	İNFÜZYON POMPA SETİ (TEKLİ)	5000 ADET	
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 31/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU-BALONSUZ

1. Thermoplastik, Non-toksik, Termosensitiv şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukosaya daha az zarar veren (soft seal) yapıda ve enaz şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır.Kafı düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
3. Kafın pilot balonun tek yönlü walf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır.
4. Kanülün açısı uygun uygun yerleşimi sağlamak amacıyla 105-120 derece olmalıdır.
5. Şeffaf tesbit kanalları maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Kanülün içindeki mor renkli mandren (obturatör) kanüllü tam uyumlu ve sağa yada sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
7. Kanül seti içerisinde iç kanül bulunmalıdır.
8. 15mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır ve kendiliğiden çıkmamalıdır.
9. Steril tekli paketlerde bulunmalıdır, paket üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası ve onaylı UBB barkodu yazılı olmalıdır.
- 10.Pediyatrik boylarda kanül uzunluğu (boyu) kısa olmalıdır.
11. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miiat'lı olmalıdır.

SİLİKONLU FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalı, her kutuda standart sayıda steril tekli paket bulunmalı
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
4. Sondalar iki yollu olmalı
5. Sondalar 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı
6. Sondalar 2 delikli olmalı
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı
8. Balon çapı 6 FR için 1,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı
9. Balon şişirilme valfi çeşitli size'lar için renk kodlu olmalı
10. Paket üzerinde ürün lot numarası, onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,
11. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir
12. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.
13. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

İNFÜZYON SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set infüzyon pompası vasıtasıyla uzun süreli IV mayi ve ilaç uygulamalarında kullanılacaktır.
- 2- Hava girişli delme ucu bulunmalı
- 3- Açma kapama klempı olmalı
- 4- Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktardaki mayiyi istenen şekilde verebilmeli
- 5- Setler üzerinde 2 adet Y giriş olmalıdır. Setlerle verilecek cihazlar aynı marka olmalıdır.
- 6- Hortum uzunluğu en az 1,5 m olmalı 20 damla=1ml olmalı
- 7- Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalı
- 8- Teklif edilecek setler steril, nonpirojen ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için tek parça olmalıdır, parçalar sonradan eklenmemiş olmalı ve kopmamalı, tek tek ambalajlar halinde sunulmalıdır.
- 9- Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve en az 10 cc hacminde olmalı.
- 10- Setin birlikte kullanılacağı pompa en az bir yollu olmalıdır. Pompa volümetrik sıvı akışını sağlamak üzere pompalama mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 11- Set cihazdan ayrıldığında sette oluşabilecek herhangi bir basınçta serbest akış yapmamalıdır.
- 12- Setin hava girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır.
- 13- Setin uç kısmı kateter ağızları ve IV iğne girişlerine uyumlu olmalıdır.
- 14- Set tek parça olmalı, serbest akışı engellemek için ek bir aperiata ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 15- Pompa 220-240VAC,50/60Hz.şehir şebeke cereyanıyla çalışmalı ve +/-10 voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir. Pompa sadece Ambulatory değil yoğun bakımlarda da kullanıma uygun olmalıdır.
- 16- Pompa akış hızı en az 0,1-999,0ml/saat sınırları arasında 0,1ml kademelerde ayarlanabilmelidir. Ayrıca volume değeri, 0.1- 9999.ml sınırları arasında ayarlanabilmelidir.
- 17- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.
- 18- Pompa elektrik kesilmelerine karşı dahili batarya ile çalışabilmeli, dahili batarya otomatik olarak devreye girmelidir.Pompanın bataryası cihazı en az 2 saat besleyebilmelidir.
- 19- Pompa kapağı açıldığında cihaz görsel olarak alarm vermeli ve set çıkarıldığında, setin üzerindeki antisifon valf, vb özellik sayesinde otomatik olarak akışkan sıvı kesilmelidir.
- 20- Ambalajı sterilityi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı
- 21- Setin uyumlu olduğu pompalar yüklenici tarafından temin edilecek, 400 adet pompa yüklenici tarafından, setler tükeninceye kadar hastanede hazır bulundurulacaktır. Bu süre içerisinde pompaların bakım ve arızalarının giderilmesi her türlü yedek parça ve işçilik dahil olmak üzere yüklenicinin sorumluluğundadır. Arıza tesbit ve/veya tamiri için hastaneden pompa götürülmesi halinde, yüklenici tamir ve/veya tesbit işlemi tamamlanıp pompa getirilinceye kadar olan sürede hastanede çalışır vaziyette aynı sayıda pompa bulundurulacaktır. Cihaz sayısı ihtiyaç halinde artırılabilir.
- 22- Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır.
- 23- Cihaz sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
- 24- ISO veya TSE kalite belgelerine sahip olmalı CE ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
- 25- Teklifveren firmaların TSE Kurumu ve Sanayi Bakanlığında alınmış bulunan Hizmet yeterlilik belgesine sahip teknik servisi olmalı, bu belgeler teklifle beraber verilmelidir.
- 26- Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dökümanlardaki bilgilerle aynı olması gerekmektedir, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 27- Steril tekli paketlerin üzerinde ürünün lot numarası, son kullanma tarihi, onaylı barkodu bulunmalıdır.
29. Ürünlerin son kullanma tarihi; teslimden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.