

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU	500 LİTRE	
2	ENZİMATİK YIKAMA SOLÜSYONU (DEZENFEKTAN)	100 LİTRE	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 05/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No: 1 YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartname 12 (oniki) maddeden oluşmaktadır.

1. Dezenfektan solüsyon, bakteriler (*Mycobacterium tuberculosis*, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, *Pseudomonas aeruginosa* ve *Acinetobacter* türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır.
2. Kuarterner amonyum, glutraldehid, fenol ve klor içermemelidir. Ürün içeriği ve konsantrasyonu Ulusal ve Uluslararası Rehberlerde, kritik ve yarı kritik aletlerde, yüksek düzey dezenfektan olarak kullanımı kabul edilmiş olmalıdır.
3. Kullanıma hazır olmalı, sulandırılmadan kullanılmalıdır. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalıdır.
4. Solüsyonun dezenfektan aktivitesinin "test stripleri" kullanılarak test edilmesi mümkün olmalıdır. Dezenfektana ait test stripleri pH ölçer değil, kimyasal tepkime ile minimum etkin konsantrasyonu ölçen (MEK) stripler olmalıdır. MEK seviyesi 0.3 seviyesine indiğinde strip renk değiştirerek bilgi vermelidir. Striplere ait şişe üzerinde bir renk skalası bulunmalıdır. Bunları kanıtlayan belgeler ihale dosyasına koyulmalıdır. **Her 5 litre için 20 test sribi firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.**
5. Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) ve Fujinom, Pentax, Storz, Olympus, ACMI gibi iyi bilinen markalara ait tüm endoskopların dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır, bu özelliği kanıtlayan, ilgili endoskop firmasından alınan orijinal raporlar, **fiyat teklifi ile birlikte**, ihale dosyasında sunulmalıdır (endoskoplarla ilgili raporların, endoskobu üreten firma tarafından düzenlenen orijinal rapor olması özelliği aranacaktır).
6. *M. tuberculosis* hariç birinci maddede belirtilen diğer mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi <15 dakika olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar, fiyat **teklifi ile birlikte**, ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. En az on gün tam etki süresine sahip olmalıdır.
8. Toksik veya iritan etkisi olmamalıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullanılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
9. Nötralizasyon maddesi olarak glisin kullanımında her 5 litre solüsyon için en az 30 gramlık ambalajlar halinde firma tarafından hastaneye teslim edilecektir.
10. Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
11. 2-10 litrelik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır.
12. İstenen raporlar fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasında bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra No: 2 ENZİMMATİK YIKAMA SOLUSYONU

1. Solüsyon formülünde cerrahi alet, endoskoplar, kataterler vb üzerinde kan, mukoza, dışkı, yağ, protein gibi organik atıklar, fırçalama veya temizlik teli kullanmadan çözecek özellikte enzimler bulunmalıdır. Bu konudaki raporlar teknik raporlar teklif dosyasına eklenmelidir.
2. Solüsyonun Ph değeri nötr olmalı ve 5 enzimli olmalıdır,
3. Solüsyon konsantre olmalıdır. Sulandırıldığında elde edilen litre fiyatı üzerinden ürünler değerlendirmeye alınacaktır.
4. Solüsyon ≤ 10 dakika temas süresinde temizlik etkisini göstermelidir.
5. Solüsyon sulandırılıp hazırlanırken kullanım kolaylığı açısından solüsyona ilave edilecek su sıcaklığının soğuk veya sıcak olması fark etmemelidir.
6. Solüsyon bakteriyostatik özellikte olmalıdır.
7. Her tür cerrahi aletin, kateterlerin ve Storz, Olympus, ACMI gibi iyi bilinen markalara ait tüm endoskoplarda kullanım için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır, bu özelliği kanıtlayan orijinal raporlar, **fiyat teklifi ile birlikte**, ihale dosyasında sunulmalıdır (endoskoplarla ilgili raporların, endoskobu üreten firma tarafından düzenlenen orijinal rapor olması özelliği aranacaktır). **Ürünün kullanımı sırasında üründen kaynaklanan her türlü alet zararlanmalarını (paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenme) firma karşılayacağını taahhüt etmelidir.**
8. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
9. İhaleye girecek firmanın ithalatçı firmadan yetki belgesi olmalıdır.
10. 2-5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
11. İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

Dr.Öğr.Üyesi Gamze Kalın ÜNÜVAR