

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi NÖROLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	YÜZEYSEL ELEKTROT	2000 ADET	
2	İĞNE ELEKTROT TUTUCU	15 ADET	
3	EEG ELEKTROT	500 ADET	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 05/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

- ✕ • Elektrot kablo uzunluğu en az 1.5 metre uzunluğunda olmalıdır
- 1.5 mm dın konektörü olmalıdır
- Elektrot velcro tipinde olmalıdır
- Velcro uzunluğu en az 55 cm genişliği ise en az 2 cm olmalıdır
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır

- ✕ • Emg stimülasyon elektrot kablo uzunluğu en az 1 metre uzunlugunda olmalıdır
- 5 pın DIN konektörü olmalıdır
- ✕ • Elektrot yuvarlak keçeli olmalı keçeler arasında 20-40 mm mesafe bulunmalıdır
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır

- Emg iğne elektrot kablosu 20 kg ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalı
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
- Gönderilen EMG iğnesi ile uyumlu olmalıdır
- Kablo uzunlugu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır

- Emg yüzeyel elektrot kablosu 20 kg ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalı
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
- Kablo uzunlugu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır
- Gönderilen EMG yüzeyel elektrot ile uyumlu olmalıdır

- Emg yüzük elektrot kablosu 20 kg ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalı
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
- Kablo uzunlugu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır
- Gönderilen yüzük elektrot kırmızı ve siyah iki ucu olmalı

- Teklif veren firmalar numune vermelidir.numuneler denenerek seçilmelidir

Prof.Dr. Sevdâ İSMAİLOĞULLARI
Nöroloji A.B.D. Başkanı
E-Posta No: 1086634
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

38039 Melikgazi-KAYSERİ
Tel: 0 352 437 49 10 – 11

Faks: 0 352 437 52 85

e-mail: tipdekanlik@erciyes.edu.tr



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

- Elektrot kablo uzunluğu en az 1.5 metre uzunluğunda olmalıdır
 - 1.5 mm dın konektörü olmalıdır
 - Elektrot velcro tipinde olmalıdır
 - Velcro uzunluğu en az 55 cm genişliği ise en az 2 cm olmalıdır
 - Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
-
- Emg stimülasyon elektrot kablo uzunluğu en az 1 metre uzunlugunda olmalıdır
 - 5 pın DIN konektörü olmalıdır
 - Elektrot yuvarlak keçeli olmalı keçeler arasında 20-40 mm mesafe bulunmalıdır
 - Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
-
- Mevcut tutuculara uyumlu.
 - 0.07 mm2 kayıt düzey alanı
 - Paslanmaz Çelik,
 - İğne kavrama yerinde kayıt düzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayacak belirteç
 - İğne ve kablo bağlandığında en az 2,5 cm uzunluğunda kavrama uzunluğuna sahip
 - EMG incelemesi sırasında iğne kablo- bağlantı yerinde hareketlerin neden olabilceği elektriksel temas kayıplarının engellenebilmesi için, elektrodun aktif kutbunun kablo ile bağlantısı pin şeklinde olmalıdır.
 - Merkezi tel, polarizasyon artefaktlarını minimize etmek açısından platin olmalıdır.
-
- Yüzeysel elektrot mevcut kablo ile uyumlu olmalıdır

Prof.Dr. Sevdâ İSMAİLOĞULLARI
Nöroloji A.B. Başkanı
Din. Tes.No:108634
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

- Teklif veren firmalar numune vermelidir.numuneler denenerek seçilmelidir

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 437 49 10 – 11

Faks: 0 352 437 52 85

e-mail:tipdekanlik@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-088

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No : 1

Rev.Tarih: Aralık 2006