

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi MERKEZ LABORATUVARI ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	3ML KUARTZ KÜVET	4 ADET	
2	OTOMATİK PİPET 100-1000 UL AYARLANABİLEN	1 ADET	
3	OTOMATİK PİPET 10-100 MİKROL	1 ADET	
4	OTOMATİK PİPET 8 KANAL 20-200 ML	1 ADET	
5	OTOMATİK PİPET 1-10 UL	1 ADET	
6	PİPET PASTOR PLASTİK 3 ML	1000 ADET	
7	CAM TUP (16*160MM)	4000 ADET	
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 05/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

AYARLANABİLİR MİKROPİPETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ayarlanabilir Pipetlerin Volümü :

- 0.1 –2ul/0.5 –10ul/1 –10ul / 2 –20ul / 5 –50ul /10 –100ul / 20 –200ul /100 –1000ul
- veya 0.5 – 5 ml / 1 – 10 mlPipetler Dijital ekranlı olmalıdır.
- Pipetlerde çalışma esnasında ayarlanan volüm görülmelidir.
- Pipetlerin mikrometrik hacim ayarlaması hassas bir şekilde yapılabilmelidir.
- Serbest rotasyonlu başlık, istenmeyen hacim değişikliklerini engellemelidir.
- Pipetlerin pistonları volümlerine göre Çelikten veya PVDF olmalıdır.

***Farklı Pipet uçlarına uyumu için,yüksekliği ayarlanabilir uç ejektörün olmalıdır.**

***I S O 9001 + 8655 + 17025 Belgeli olmalıdır.**

***İmalat hatalarına karşı, kırılma ve kötü kullanım dışında 3 yıl Fabrika Garanti belgeli olmalıdır.**

- Temizlik için kolay sökülebilmelidir.
- Her pipetin Fabrikaca verilmiş Kalite Kontrol Sertifikası ve Kullanma Talimatı olmalıdır.
- Bakım, Kalibrasyon ve yedek parça 10 yıl Distribütör tarafından taahhüt edilmelidir.
- Sterilizasyon, pipetin tamamı otoklavlanabilir 120 C. 20 dakikada yapılmalıdır.
- Şoklara, UV ışını ve otoklava dayanıklı olmalıdır.

***Entegre anahtar ve kilitleme mekanizmalı Swift-Set sistemi ile kolay, Uluslar arası Standardlara uyumlu kalibrasyon sistemi olmalıdır.**

- Kalibrasyon etiketi otoklava dayanıklı olmalıdır.
- Pipetle birlikte yedek kalibrasyon etiketleri verilmelidir.

***Her pipetin içinde CE IVD 98/79EEC Uygunluk Beyanı Sertifikası olmalıdır.**

- Dış ambalajın etiketinde Pipetin Seri No.su ve Barkod işareti olmalıdır.
- Distribütör firmasının Teknik servis verebilmek için T.S.E. den Hizmet
- Yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

***Her pipetin kutusunda pipetin seri No. belirtilmiş kalibrasyon sertifikasıbulunmalıdır.**

- Setlerde gerektiğinde 6adetlik dönerli pipet sehpaı olmalıdır.

***Pipetler U.T.S. kayıtlı olmalıdır.**

***Pipet Teklifi veren Firmalar Tekliften sonra Üniteye Demo Kullanım için Mikropipet Setinin tamamında birer adet bırakacaktır. Alım yapan laboratuvarıda 1 hafta kullanılacak, teklifler kullanımdan sonra değerlendirilecektir.**

***Demo pipetler Otoklava sokulacak ve 20dk 121 derecede steril edilecektir. Otoklav da zarar gören pipetler Firma sorumluluğunda olacaktır.**

***Kargo ile gelen mikropipetler Kalibrasyon bozulması veya kırık şekilde olabileceği için teslim alınmayacaktır.**

***Pipet ucu kullanılan uca ve hacme göre uzayıp kısalabilir olması gerekmektedir.**

***Teklif veren Firmalar Türkiye Yetkili Distribütör olmalı veya Distribütör Yetki Belgesine Sahip olmalıdır, Teklif zarfı ile birlikte yetki belgesi Satın alma teslim edilmelidir. Yetki Belgesi olmayan Firmaların Teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.**