

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17.03.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	MONOKA TİP LAKRİMAL SİLİKON TÜP	30 ADET	
2	DCR SET 5012	60 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 05/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

1- MONOKA TİPİ LAKRİMAL SİLİKON TÜP

- 1- Materyal: Polipropilen ip, 0.64 mm silikon tübing olmalıdır.
- 2- Silikon tübingin uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.
- 3- Polipropilen ip uzunluğu en az 400 mm, çapı ise 2mm olmalıdır.
- 4- Tübingin punktuma oturan plağı 4 mm olmalıdır.
- 5- Çift steril ambalajda sunulmalı
- 6- CE ve ISO belgesi olmalı.
- 7- Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.

2- DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SETİ ŞARTNAMESİ (5012)

- 1- Endoskopik veya açık dakriosistorinostomi ameliyatlarında kullanılan tüp silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-CE belgesi olmalıdır.
- 3-Bikanaliküler olmalıdır.
- 4-Eğri, paslanmaz çelik probu olmalı (0.80 – 0.90 mm çapında X 40-80 mm uzunluğunda)
- 5-Çift steril ambalaj içinde olmalıdır
- 6-Silikon tüp metal probun üzerinden çıkmayacak özellikte olmalıdır
- 7-Ürün vaka sırasında istenilen şekli kolaylıkla almalıdır
- 8- Ürün numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır.

Doç. Dr. Fatih H. HOROZOĞLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Fatih HOROZOĞLU
Dip. Tes. No: 98748
Göz Hastalıkları A.D.

Doç. Dr. Mehmet S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S. S. S. S.