

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
17.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	OKSİJEN TÜPÜ (10 LT. SEDYE ALTI İÇİN)	5 Adet	
	(PEDIATRİ KEMİK İLİĞİ POLİKLİNİĞİ)		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **30/03/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

10 LİTRE OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **KONU:** ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından alımı yapılacak 10 lt'lik çelik oksijen tüplere ait teknik şartnamedir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Bu teknik şartname kapsamındaki 10 lt çelik tüpler ISO 9809-1 AB Standartlarına uygun olacak 2010/35/EC Tip belgeli olacak.

2.2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde Mn çeliği olacaktır.

2.3. Tüpler konveks ve ayaklı olacaktır.

2.4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı, 10 lt'ler için $139,7 \pm \%1$ mm, boru et kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olacaktır.

2.5. Tüplerin, iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek, pas, kir, tufal bulunmayacaktır.

2.6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.

2.7. Tüplerin tamamı yeni tarihli kullanılmamış olacaktır.


2.8. Tüpler boyalı ve boş olarak teslim edilecektir.

2.9. Tüplerin işletme ve deney basınçları 230/345 bar olacaktır.

2.10. Tüp imalatçısı firma, 2010/35/EC Modül B+IS sertifikaları ile, tüpe ait Test Sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edecektir.

2.11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve "p" markalı olacaktır.


Prof. Dr. Musa KARAKIŞÇI
Pedriatri Nematoloji Uzmanı
Dip. No: 1321
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri