

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
17.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İLAÇ DOLAPLARI (BUZDOLABI)	1 Adet	
	(KADIN HAST. ve DOĞUM PERİNATOLOJİ SERVİSİ)		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **30/03/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

İLAÇ SAKLAMA BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enerji tasarruflu olmalı ve ortam sıcaklığından etkilenmeyen homojen ısı dağılımlı depolama alanı sağlanmalıdır.
- Etkili sıcaklık kontrolünü sağlamalı, dijital sıcaklık ekranı mevcut olmalıdır.
- Kapı açık alarmı olmalı, yüksek/düşük sıcaklık alarmı bulunmalıdır.
- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı elektrostatik boyalı, iç yüzeyi ise nemden etkilenmeyen paslanmayan materyalden yapılı olmalıdır.
- Dolap kapağı açıldığında her rafa yetecek derecede floresan iç aydınlatmaya sahip olmalıdır.
- Dolabın en az 4 adet rafı olacak ve dolaplar istenilen yüksekliğe ayarlanabilir olmalıdır.
- Dolap içerisinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raflar bulunmalıdır.
- Cihazın depolama alanı 300-425 L arasında olmalıdır. Cihaz tek kapılı olmalıdır.
- Buzdolabının kompresörü dur kalk sistemine destek olması amacıyla kondansatörlü olmalıdır.
- İç ısı dijital termostat ile ayarlanabilir ve gerçek zamanlı gözlenebilir olmalıdır.
- İç aydınlatma anahtarı olmalıdır.
- İç ısı dağıtımı soğutma kondensenden fanlı ve anahtarlı kapıya bağlı olmalıdır.
- Dolap çalışma aralığı $+18^{\circ}\text{C}$ ile $+25^{\circ}\text{C}$ aralığında olmalı ve sabit aralığı $+ 25^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
- Mevcutta dolapta sıcaklık kontrolü için mikroişlemci (Dixel) bulunmuyor ise basit tadilat ile istenilen şartları sağlayan parça montajı yapılmalı ve çalışır halde teslim edilmelidir.
- Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışma özelliğine sahip olacaktır.
- Çalışma elektriği 195-238 V/50 Hz olmalıdır. Taşınabilir tekerlekli ayakları olmalıdır.
- Dolap fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olacak, takip eden 10 yıl için ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olacaktır.
- Mikroişlemci sıcaklık istenilen sıcaklık değerlerine $+ 24^{\circ}\text{C}$ olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Cihaz gerek soğutma gerekse izolasyon sistemi ozona zararlı CFC içermemelidir.
- Dolap yerli üretim olması tercih sebebi olmakla birlikte 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı garantili 10 yıl yedek servis ve yedek parça temin garantisi bulunmalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÇAĞLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2695 Tes.No: 116043
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri