

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
28.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ÜROLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	PROSTAT BİYOPSİ İĞNE SETİ	500 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 06/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TRUS KİTİ (PROSTAT BİYOPSİ İĞNE SETİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- TURS biyopsi işleminde kullanılacak aşağıda belirtilmiş olan gerekli elemanları içermelidir.
- 2- İşlemin enfeksiyon riskini en aza indirmek için biyopsi probu için özel hazırlanmış iki adet steril kılıf olmalıdır. Bir adet steril disposable önlük olmalıdır.
- 3- Kit içinde, bir adet 18G kalınlık ve 25-30cm uzunluklarda ekojenik özellikte tabancası üzerinde steril tek kullanımlık tam otomatik biyopsi iğnesi bulunmalıdır. Biyopsi iğnesinin takılı olduğu disposable tabanca parmak ile kurulabilir özellikte olmalı önden ve arkadan olmak üzere iki adet ateşleme düğmesi olmalıdır.
- 4- Kit içinde steril tek kullanımlık bir adet chiba iğnesi bulunmalı ve bu iğne -22G kalınlık ve 20-25cm uzunluk seçeneklerini sunmalıdır.
- 5- Kit içinde prob ile tam olarak uyumlu, oynama ve kayma yapamayan bir adet iğne kılavuzu olmalıdır.
- 6- Set içindeki iğnelerin uçları kolay girişim için keskin bir yapıda ve atravmatik olmalıdır.
- 7- Kit içinde alınan numuneleri koyma için en az 18 adet 10± 2ml hacminde kapaklı biyopsi şişesi çıkmalı ve şişelerin taşınması için ayrı bir taşıma kabı bulunmalıdır.
- 8- Taşıma kabı her bir biyopsi şişesinin yerleşip oynama yapmadan yerleşeceği şekilde haznelere sahip olmalı ve doku örneğinin hangi bölgeden alındığını gösteren bölümlere ayrılmış olmalıdır.
- 9- Kit içinde alınan parçaların ve hasta bilgilerinin kaydı için etiket bulunmalıdır.
- 10- Kiti oluşturan tüm malzemeler tray içinde tek bir pakette steril olarak kullanıma sunulmalıdır.
- 11- Kit içinde 100cmx100cm ebadında ortası delik steril tek kullanımlık cerrahi örtü bulunmalıdır.
- 12- Kit içinde 100cmx100cm ebadında deliksiz steril tek kullanımlık düz örtüsü bulunmalıdır.
- 13- TRUS biyopsi kitinin Sağlık Bakanlığı Onaylı TITUBB kaydı olmalıdır.
- 14- Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
- 15- Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı