

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
30.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi STERİLİZASYON ÜNİTESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	BUHAR STERİLİZATÖR İÇİN ÇOK PARAMETRELİ KİMYASAL İNDİKATÖR (CLASS4)	50 000 ADET	
2	ETİLEN OKSİT İÇİN GAZ KARTUŞU (100 GR)	300 ADET	
3	ETİLEN OKSİT İÇİN GAZ KARTUŞU (170 GR)	500 ADET	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 11/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Buhar Sterilizatör İin Kimyasal İndikatör Teknik Şartnamesi

1. Tüm 134 °C ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilmelidir.
2. Çok parametrelili olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarlı olmalı, ısı, nem ve zaman hakkında detaylı bilgi verebilmelidir,
3. Yorumu dayalı bilgi vermeli, yetersiz sterilizasyonda problemin nereden kaynaklandığını gösterebilmelidir,
4. İndikatörler lamine kaplı olmalı, mürekkebin dağılmasını önlemelidir,
5. Sterilizasyon sonrasında renk değişimi belirgin olmalıdır. 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt olarak saklanabilmelidir,
6. Paketin üzerinde son kullanma tarihi olmalı ve normal oda koşullarında saklanabilmelidir,
7. ISO 11140-1, standartlarına uygun olmalı, Class 4 sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır. Bu uygunluk rezistometre raporları ile ispatlanmış olmalı. Ayrıntılı rezistometre raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Teslim edildiğinde en az 1 yıl süre ile miat problemi olmamalıdır.
9. Teklif sırasında 10 adet numune bırakılmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Altay ATALAY
MSÜ Sorumlu Öğretim Üyesi

Etilen Oksit Sterilizatör İin Gaz Kartuşu Teknik Şartnamesi

1. Kartuşlar t p Őeklinde olmalı, t pler % 100 etilen oksit gazı ihtiva etmeli ve iindeki etilen oksit gazı net 170 gr. olmalıdır.
2. Kartuşların ağızı sızdırmaz contalı olmalıdır.
3. Teslim edilecek kartuşların kullanım s relerinin bitimine en az 24 ay kalmıő olmalıdır.
4. Cihazın kartuş haznesine d zg n yerleőtirilmesi iin t plerin alt y zeyi d z olmalıdır.
5. Kartuşun al minyum kalınlığı DOT 2Q'nun gerekliliklerini karőtılamalı ve kartuş kalınlığı 0,42 (+/- 0.01) mm olmalıdır.
6. Kartuşların  zerinde T rke uyarı ve kullanma talimatı olmalıdır.
7. Her 10 adet Etilen Oksit Gaz Kartuşu ile beraber mevcut Etilen Oksit Gaz Sterilizat r ne uygun 1 (Bir) adet termal yazıcı rulosu verilmelidir.
8. %100 l k 170 gr'lık etilen oksit gaz kartuşlarında, kartuşa ait dolum tarihi orijinal fabrika baskılı olacak Őekilde t p n  zerinde olmalıdır.
9. Etilen Oksit Gaz Kartuşundaki gaz miktarı, sterilizat r cihazı kabini ierisinde 730±10 Miligram /litre EO gaz konsantrasyonunu  reme ve enfeksiyon olmaması iin saėlamalıdır.
10.  nerilecek kartuşlar hastanemizdeki mevcut EO Gaz Sterilizat r ne uygun olduėunu taahh t etmelidir. Aksi durumlarda oluőacak hasarı, bunun sonucunda maddi manevi kayıpları karőtılayacaėını yazılı belgeyle taahh t etmelidir

Prof. Dr. Mustafa Altay ATALAY

MS  Sorumlu  ėretim  yesi

Etilen Oksit Sterilizatör İin Gaz Kartuşu Teknik Şartnamesi

1. Kartuşlar t p  eklinde olmalı, t pler % 100 etilen oksit gazı ihtiva etmeli ve iindeki etilen oksit gazı net 100 gr. olmalıdır.
2. Kartuşların ağız sızdırmaz contalı olmalıdır.
3. Teslim edilecek kartuşların kullanım s relerinin bitimine en az 24 ay kalmı  olmalıdır.
4. Cihazın kartuş haznesine d zg n yerle tirilmesi iin t plerin alt y zeyi d z olmalıdır.
5. Kartuşun al minyum kalınlığı DOT 2Q'nun gerekliliklerini kar ılamalı ve kartuş kalınlığı 0,42 (+/- 0.01) mm olmalıdır.
6. Kartuşların  zerinde T rke uyarı ve kullanma talimatı olmalıdır.
7. Her 10 adet Etilen Oksit Gaz Kartuşu ile beraber mevcut Etilen Oksit Gaz Sterilizat r ne uygun 1 (Bir) adet termal yazıcı rulosu verilmelidir.
8. %100 l k 100 gr'lık etilen oksit gaz kartuşlarında, kartuşa ait dolum tarihi orijinal fabrika baskılı olacak  ekilde t p n  zerinde olmalıdır.
9. Etilen Oksit Gaz Kartuşundaki gaz miktarı, sterilizat r cihazı kabini ierisinde 730 ± 10 Miligram /litre EO gaz konsantrasyonunu  reme ve enfeksiyon olmaması iin saėlamalıdır.
10.  nerilecek kartuşlar hastanemizdeki mevcut EO Gaz Sterilizat r ne uygun olduėunu taahh t etmelidir. Aksi durumlarda olu acak hasarı, bunun sonucunda maddi manevi kayıpları kar ılayacaėını yazılı belgeyle taahh t etmelidir.

Prof. Dr. Mustafa Altay ATALAY
MS  Sorumlu  ğretim  yesi