

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
31.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi RADYOLOJİ A.D ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	HEMODİYALİZ KATETERİ (GEÇİCİ) 8FR 9CM / 15CM	15 ADET	
2	MİKRO GİRİŞ SETİ	100 ADET	
3	MANİPLASYON SETİ	50 ADET	
4	DRENAJ KATETERİ HİDROFİLİK KİLİTLİ (NEFROSTOMİ)	50 ADET	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 14/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

8 FR 9 -12 CM GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacıyla subklavyen, jugüler veya femoral damarlarda kullanılabilmelidir.
2. Isıya duyarlı DEHP içermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kateter boyutları ve prime hacmi klemplerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Çift lümenli kateter üzerinde, arteriyel taraf için kırmızı renkli klemp, venöz taraf için mavi renkli klemp olmalıdır.
5. Kateter 2 lümenli ve 8 F kalınlığında olmalıdır.
6. Kateter uzunluğu 9-12 cm aralığında olmalıdır.
7. Kateter ölçüleri ihale sonrası bölüm tarafından belirlenecektir.
8. Kateter ısıya duyarlı materyale sahip olmalı ve biyo-uyumlu olmalıdır.
9. Sütür tespit kanatları dönebilir olmalıdır, deriyle irritasyona sebebiyet vermemesi için minimum temasta olmalıdır, sütür açılmadan katetere pozisyon verilebilmelidir.
10. Kateter etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve non-pirojenik temin edilmelidir.
11. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
13. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.
14. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
16. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN

Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



10 F EKSTERNAL DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kateter bilier girişimlerde kullanılmak üzere ultrathane materyalden üretilmiş olmalı ve sürtünmesiz, bükülme ve kırılmalara dayanıklı kolay yerleştirilme özelliklerine sahip olmalıdır.
- 2- Kateterler hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 3- Kateter 10 F kalınlıkta olmalıdır.
- 4- Kateter uzunluğu 30-35 cm aralığında seçilebilmelidir.
- 5- Drenaj deliklerinin sayısı 5-6-8 adet seçilebilmelidir.
- 6- Drenaj kateterinin delik yapısı apse ve hematoma sıvısını boşaltmaya uygun olmalıdır.
- 7- Kateter set içerisinde kanül ihtiva etmelidir.
- 8- Kateter kilitli olmalı kilit ipi guide wire lümeni ile aynı lümende kilitleme yapmayan mac-loc kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
- 9- Ürün steril ambalajında ve üzerinde tüm teknik bilgileri yazılı olmalıdır.
- 10- Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır.
- 11- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
- 12- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 13- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
- 14- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 15- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
- 16- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN


Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



MİKRO GİRİŞ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Intraduser kılıflar, turtuoz damarlarda ve dışardan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.
2. Kılıfların uçlarında hidrofilik kaplama olmalı, böylece sürtünme azaltılmalıdır.
3. Dilatör, kılıfın içine kilitlenebilmelir.
4. Paketin içerisinde 1 (bir) adet kılıf, 1 (bir) adet basamaklı dilatör ve 1 (bir) adet artere girişimi sağlayan 21 G çapında ve yaklaşık 7 cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.
5. Intraducerler 4F ve kalınlığa ve en az 10 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
6. Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk bulunmalıdır.
7. Kılıfı yerleştirmek için iğne içerisinden geçecek J uclu en az 40 (kırk) cm uzunluğunda 0.018 nitinol kılavuz tel bulunmalıdır.
8. Ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
10. Malzemeler steril orijinal ambalajında teslim edilecektir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



MANÜPLASYON KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter high flow olmalıdır.
2. Kontrol edilebilirliği birebir olmalıdır.
3. 0.016 inç çelik tel ile örülmüş olmalıdır.
4. Kateterler hidrofilik özelliğe sahip olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 40 - 65 cm arası, kalınlığı 4F ve 5F olmalıdır.
6. Kateter uç konfigürasyonu BMC-KMP-TEGT-ACN1 tip olmalıdır.
7. ACN1 konfigürasyonunda kateter tek delikli, diğerlerinde deliksiz olmalıdır.
8. Kateterler 0.035 ve 0.038 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
9. Kateterlerin uç kısmı radiopak özelliğe sahip olmalıdır.
10. Ürün steril ambalajında tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.
12. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
13. Kateter ölçüleri ihale sonrası bölüm tarafından belirlenecektir.
14. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
16. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.
17. Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

