

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
11.04.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GAZ VAKUM ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	OKSİJEN FLOWMETRESİ	50 ADET	
2	VAKUM MANOMETRESİ	50 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **21/04/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKLİ OKSİJEN FLOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Merkezi sistemden gelen OKSİJEN Gazını regüle edip nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamaya uygun olmalıdır.
2. Merkezi sistem bağlantı jakı İNGİLİZ (BS) normuna uygun olup krom kaplı pirinç malzemeden imal edilmiş ve uzun ilaveli olmalıdır.
3. Flowmetre ayar skalası silinmez baskılı 15 lt/dk 1 lpm artışlı olarak dizayn edilmiş olmalı, kalıcı bir şekilde oksijen simgesi ve kalibrasyon sıcaklığı belirtilmiş olmalıdır.
4. Oksijen flowmetresinin gövdesi pirinç ham maddeden üretilmiş ve 40 mikron krom-nikel kaplı olmalıdır.
5. Oksijen debi ayar mili paslanmaz çelikten olup istenilen akışın kolay sağlanması için kapatıcı uç kısmı yanmaz plastik malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Oksijen flowmetresi nemlendirme kabı 150 ml polikarbonat malzemeden imal edilmiş olup darbe ve kırılmalara karşı mukavim olmalıdır. Maksimum ve minimum sseril su seviyesi , üretici firma ismi yağ ve ateşten korunması için uyarı işaretleri ve yazıları mevcut olmalıdır. 134°C derecede steril edilebilmelidir. Sterilizasyon sıcaklığı nemlendirme kabı alt kısmında silinmeyecek şekilde kabartma halinde belirtilmelidir.
7. Oksijen flowmetresi nemlendirme kabı pirinç gövde üzerine vidalı el ile montaj edilip çıkarılabilmelidir. Bağlantı somunu 12 köşe 9/16 dış ölçüsünde olmalıdır. Kırılmalara karşı mukavim olmalıdır. Kendi eksenini etrafında dönme imkanına sahip olmalıdır. Pirinç gövdeye bağlantı somunu ve bağlantı mili paslanmaz çelik (krom) hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
8. Oksijen flowmetre kabı kapağı yanmaz plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Üzerinde nemlendirilmiş oksijeni hastaya girişini sağlayan paslanmaz çelikten (krom) imal edilmiş hortum yeri olmalıdır. Kavanoz içerisinde gaz sıkışmasını önlemek amacı ile kavanoz kapağı üzerinde gaz tahliye emniyet sibobu olmalıdır. Nemlendirme kapağı ile kavanoz arasında sızdırmazlık elemanı bulunmalıdır.
9. Oksijen flowmetresi merkezi sistemden gelen OKSİJEN gazını filtrasyon yaparak hastaya gönderilmesini sağlayan 134°C derecede steril edilebilecek olmalıdır.
10. Oksijen debi ayar düğmesi üzerinde firma ismi ve açma- kapama yönü silinmeyecek şekilde çökertme olarak belirtilmelidir.
11. Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
12. Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.

13. Üretim ve imalat hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
14. Ücreti karşılığında 10 (on) yıl süreyle yedek parça temini yapılabilmelidir.
15. İmalatçı firmalar ISO 9001:2015 hizmet yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
16. Mevcut merkezi medikal gaz sistemine uyumlu olmalıdır.
17. Teklif verecek firmalar numune göndermesi gerekmektedir.

VAKUM REGÜLATÖRÜ ON-OFF AÇMA- KAPAMA DÜĞMESİ ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme alimünyumdan üretilmiş olmalıdır.
- 2- İmalatçı firmalar SO 9001:2015 ve ISO 13485:2008 Kalite belgeli olmalıdır.
- 3- Acil durumda hastaya giden vakum seviyesi değiştirilmeden on-off kilit sistemi ile kolaylıkla vakum regülatörü kapatılabilmelidir.
- 4- Malzemenin dış yüzeyi elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
- 5- Medikar marka vakum regülatörüne uyumlu Q9x10 mm olmalıdır.
- 6- On-off açma- kapama düğmesi sarı renkli olmalı ve yönleri üzerinde yazılı olmalıdır.


Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri
Gaz Vakum Bölge Sorumlusu

VAKUM REGÜLATÖRÜ (MANOMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Merkezi sistemden gelen VAKUMU regüle edip istenilen miktarı ayarlayabilecek özellikte olmalıdır.
- 2- Merkezi sistem bağlantı jakı İngiliz (BS) norm olmalıdır.
- 3- Vakum akış ayar musluğu gövdesi prinç malzemeden imal edilmiş olmalı ve 40 mikron krom nikel kaplı olmalıdır.
- 4- Vakum akış ayar musluğu üzerinde Ø50 mm (-1 bar ve -760 mmHg) skala aralığında taksimatlandırılmış sarı kadran üzeri siyah yazılı manometre olmalıdır.
- 5- Vakum akış ayar musluğu çıkışında vakum kavanozuna hortum ile bağlantı yapabilmek için 6 mm ve 8 mm hortum için uyumlu hortum çıkışı olmalıdır.
- 6- Ayar keleşğı üzerinde firma ismi, açma ve kapama yönler ve gaz cinsini gösteren etiketleme olmalıdır.
- 7- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
- 8- Orijinal ambalajı içerisinde kullanma talimatı olmalıdır.
- 9- Üretim ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olması lazım.
- 10- Ücret karşılığında 10 (on) yıl süre ile yedek parça sağlanabilmelidir.
- 11- Mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
- 12- Teklif verecek firmalar numune göndermesi gerekmektedir

Abdurrehman NAR
Makine/teknikeri
Gaz Vakum Bölge Sorumlusu