

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
29.04.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **RADYOLOJİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	EMBOLEKTOMİ KATETERİ 7F	50 ADET	
2	BİYOPSİ İĞNESİ SETİ KOAKSİYEL SİSTEMLİ	300 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12/05/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ÇİFT LÜMENLİ EMBOLEKTOMİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Embolektomi kateteri 100 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kateter çift lümenli olmalı lümenlerden biri 0.035 inç klavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kateterin 2 port girişinde de tek yollu musluk bulunmalıdır.
4. Balon çapı 10-15 mm aralığında olmalı ve patlamaya karşı dirençli olmalıdır. Balon latex içermemelidir.
5. İşlem esnasında balonun konumunun net belirnebilmesi için proksimal ve distal ucunda radyoopak marker bulunmalıdır.
6. Kateterin distal ucundan 60 cm'lik kısmında 5'er cm aralıklarla çizgiler bulunmalıdır.
7. Kateter uç kısmına yaklaştıkça incelmeli ve 5 Fr çapında sonlanmalıdır. Böylelikle kateterin balonlu halinin dış çapı 7 Fr olmalıdır.
8. Steril paketlerde sunulmalıdır.
9. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Malzeme tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. TITUBB kaydı veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
13. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
14. Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
15. Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
16. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
17. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN

Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

KOAKSİYEL YARI OTOMATİK TRU-CUT BİYOPSİ İĞNESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Steril ve disposable olmalıdır.
- 2- İğne ucu atravmatik ve keskin olmalıdır.
- 3- İğne dış kanül ucu ekojenik özellik göstermelidir.
- 4- Giriş derinliğinin ayarlanabilmesi için iğne üzeri cm ölçekli olmalıdır
- 5- Kurma işlemi iki kademeli olmalıdır. İlk kademede 10mm, 2. Kademede 20mm uzunluğunda biyopsi örneği alabilmelidir.
- 6- Set içinde (13g 15 g 17g 19 g) ölçülerinde kliniğin isteğine uygun koaksiyel iğneler bulunmalıdır.
- 7- Yarı otomatik iğnenin 14-16-18-20G / 10-15-20-25 cm gibi ölçü seçenekleri bulunmalıdır.
- 8- Ölçüler daha sonra klinik tarafından belirlenecektir.
- 9- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
- 10- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
- 11- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 12- Ölçüsü biteñ ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
- 13- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi