

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
29.04.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TIBBİ SARF ANA DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	VÜCUT TEMİZLEME BEZİ	6 000 PAKET	
2	PERİNE TEMİZLEME BEZİ	3 000 PAKET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **12/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No: 1- VÜCUT TEMİZLEME BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oda sıcaklığında kullanılabilir veya 650 W mikrodalga fırında ısıtılabilir özellikte olmalıdır.
2. Antibakteriyel olmalıdır.
3. Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde alerji yapmamalıdır.
4. Alkol içermemelidir.
5. Her cilde uygun olmalıdır.
6. Bir pakette en az 12 (on iki) adet olmalıdır.
7. Asiditesi 6.0 ± 0.5 pH olmalıdır.
8. Temizleyici solüsyon emdirilmiş olmalıdır.
9. Sık kullanıma uygun olmalı durulama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
10. Bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalı ve UBB kaydı olmalıdır,
11. Ürün; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
12. Paketler en fazla 24 adet olmalı ve raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
13. Ürün mukoza ve yaralarda kullanılabilmesi.

Sıra No: 2 PERİNE BÖLGESİ TEMİZLEME PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kontaminasyonu önleyici nitelikte olan malzeme kullanıma hazır olmalıdır.
2. Durulama, kurulama gerektirmez özellikte olmalıdır
3. Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde allerji yapmamalıdır.
4. Alkol içermemelidir.
5. Asiditesi 6.0 ± 0.5 pH olmalı ve her cilde uygun olmalıdır.
6. Paketler en az 12, en fazla 24 adet olmalıdır ve bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalı ve UBB kaydı olmalıdır,
7. Sık kullanıma uygun olmalıdır.
8. Ürün temizleyici, nemlendirici, koku giderici, antibakteriyel ve bariyer koruyucu olmalıdır.
9. Ürün; T.C.Sağlık-Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

DOÇ.DR. AYŞE ÜLGEY