

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
29.04.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DIYALİZ BÖLÜMÜ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN	4 000 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **12/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ARTER-VEN SETİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Takımlar içerisinde teslim edilen arter-ven setlerinin ünitadaki tüm makinelere uyumlu (üniversal tip) olması gereklidir.
2. Set içinde en az iki adet izolatör bulunmalıdır.
3. Arter ucunda intravenöz spike(priming spike) ve ven sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
4. Ven ve arter tarafında “drip chamber” bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı ve arter izolatörü bulunmalıdır.
6. Arter izolatörü pompa öncesi olmalıdır.
7. Arter hattında enjeksiyon portu bulunmalıdır.
8. Arter ve ven hattı üzerinde, basınç tüpü üzerinde ve arteryel yastıkta klemler bulunmalıdır.
9. Arter drip chamber üzerindeki kan giriş ve çıkışı yan yana olmamalı, karşılıklı (drip chamber’ın üst ve alt kısımlarında) olmalıdır.
10. Setler etilen oksit, gama ya da buhar steril olmalıdır.
11. Arter ve ven setleri ayrı ambalajda olabileceği gibi tek ambalajda da olabilir.
12. Tekliflerden sonra merkezimize 2 adet set örneği denenmek üzere teslim edilmelidir.
13. Steril ambalajlarda bulunmalı ve son kullanma tarihi (teslim anından itibaren en az iki yıl olmalı.), seri lot numaraları ambalajda yazılı olmalıdır.
14. Malzemelere ait uluslararası kalite belgeleri (CE belgesi) bulunmalıdır.
15. Setlerin 100 tanesi gama steril olmalıdır.
16. Atık torbası bulunmalıdır.

Prof. Dr. Murat Hayri SİRANIOĞLU
Nefroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 88070
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi