

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
29.04.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ÜROLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	N-GAGE BASKET KATETER 2.2 FR -115 CM	40 ADET	
2	N-CIRCLE NİTİNOL TIPLESS STONE EXTRACTORS 2.2FR 115 CM	40 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 18/05/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

1- N-GAGE NİTİNOL BASKET KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Basket kateter üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.
2. Basket kateterin uzunluğu 115 cm ve çapı 1,7 fr veya 2,2 fr. olmalıdır.
3. Basket kateterin ayak kısmı 3 telden uç kısmı ise dalgalı 3 nitinol telden oluşmalıdır.
4. Basket Kateter nitinol telden ve fleksible yapıda king yapmayan güçlü, dirençli olmalıdır.
5. Basket açıldığında piramit görünümlü olmalıdır ve balık ağzı şeklinde açılarak taşı karşıdan kavramaya uygun yapıda olmalıdır.
6. Basket kateter kapalı halde iken düz ve basketin tüm nitinol bileşenleri kılıf içinde olmalıdır.
7. Basket kateterin açılmış çapı 8mm veya 11mm olmalıdır.
8. Kateterin üzerinde hand lı olmalıdır.
9. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
10. Kateter üretere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Basket 7.5 Fr kalınlığındaki 250 dereceden fazla defleksiyon kabiliyeti olan fleksible ureterorenoskoplar ile kullanılırken, basket aletin maksimum defleksiyon kapasitesini 12 dereceden fazla bozmamalıdır.
12. Basket 7.5 Fr kalınlığındaki 250 dereceden fazla defleksiyon kabiliyeti olan fleksible ureterorenoskoplar ile kullanılırken, basket alete takılı haldeyken 2 metre su basıncı altında dakikada en az 20 ml irrigasyon gidişine izin vermelidir.
13. Basket fleksible ureteroskoplar ile kullanılırken aletin su kaçırmasını engelleyerek, iyi bir görüntü altında çalışmaya kolaylık sağlayan, genişliği kendi üzerinden ayarlanabilen adaptörde basketle beraber aynı steril kutu ile verilmelidir.
14. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
15. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
16. Numuneler kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
17. Numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- N -CIRCLE NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTORS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Calyceal veya üriner taşları çıkarmaya uygun olmalıdır.
2. Kateterin uzunluğu 115 cm ve çapı 2.2 fr olmalıdır.
3. Kateter,hafızalı nitinol telden ve fleksible yapıda helical yapıda 4 telden olmalıdır.
4. Basket çapı 1,0 cm ve uçsuz yapıda olmalıdır.
5. Kateterin dış sheath'i esnek,radiopak teflon kaplı polyomidden imal edilmiş olmalıdır.
6. Kateterin atravmatik olabilmesi için, dört teli uc kısmında bir düğüm oluşturmali ,bağlantı noktası tutaç kısmında olmalıdır.
7. Kateterin üzerinde plastikten üretilmiş unidex handle 1 olmalıdır ve gerektiğinde sökülüp takılabiliyor olmalıdır.
8. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
9. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
10. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
12. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
13. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
14. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı