

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
29.04.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **ÜROLOJİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	SENSÖR GUIDE 0,035 İNÇ	300 ADET	
2	PARALEL FLEXORÜRETERAL ACCESS SHEAT 35 CM	50 ADET	
3	PARALEL FLEXORÜRETERAL ACCESS SHEAT 45 CM	20 ADET	
4	AMPLATZ RENAL SHEATH (PEDIATRİK 14 FR)	30 ADET	
5	AMPLATZ RENAL SHEATH (PEDIATRİK 20 FR)	100 ADET	
6			
7			
8			
9			
10	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **18/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

0,035 İNÇ SENSÖR GÜDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PTFE kaplı olmalıdır.
2. Proksimal ucu 5cm Hydro-Pass maddeden üretilmiş olmalıdır.
3. Ucu hidrofilik olmalıdır.
4. 0.035inç ölçüsünde olmalıdır.
5. Tek steril paketler halinde olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
7. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
8. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

1 -PARALEL FLEXSOR URETERAL ACCESS SHEATH 9,5 FR 35CM

1. Set 1 adet sheath ve buna uyumlu 1 adet obtüratörden oluşmalıdır.
2. Endoskopik ürolojik işlemler sırasında endoskopik cihazların idrar yollarına güvenli geçişini kolaylaştıran bir kanal kurmak için kullanılmalıdır.
3. Dilatörüzindeki kilit mekanizması, kılıf ve dilatörün aynı anda ilerletilmesi için olarak sağlamalıdır.
4. Kılıfın ve dilatör ucunun dış yüzeyi, yerleştirme işlemini kolaylaştırmak için düşük sürtünmeli, kaygan bir yüzey oluşturmak için hidrofilik kaplı olmalıdır.
5. Access sheath in hub kısmı obtüratörünsheath içerisine kolayca verilebilmesi için
 - a. geniş ağızlı yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Access sheath in hub kısmında bulunan karşılıklı iki delik bulunmalıdır ve işlem esnasında sheath in sabitlenebilmesi için bu deliklersütür geçirilmeye uygun olmalıdır.
7. Sheath in iç lümeni uygun esnekliği sağlamak ve kink riskini minimuma indirmek için sarmal yapı ile örülmüş olmalıdır.
8. Dilatöründistal kısmı tapered yapıda 6 fr çapında olmalı ve pürüzsüz dilatasyona olarak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. İç lümen, cihazın içerisinden güvenli bir şekilde geçişini ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için PTFE kaplamaya sahip olmalıdır.
10. 9.5-10.7-12.0-14.0 FR çap ve 13-20-28-35-45-55 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
11. Paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi,tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

2-PARALEL FLEXSOR URETERAL ACCESS SHEATH 10,7 FR 45CM

1. Set 1 adet sheath ve buna uyumlu 1 adet obtüratörden oluşmalıdır.
2. Endoskopik ürolojik işlemler sırasında endoskopik cihazların idrar yollarına güvenli geçişini kolaylaştıran bir kanal kurmak için kullanılmalıdır.
3. Dilatörüzindeki kilit mekanizması, kılıf ve dilatörün aynı anda ilerletilmesi için olarak sağlamalıdır.
4. Kılıfın ve dilatör ucunun dış yüzeyi, yerleştirme işlemini kolaylaştırmak için düşük sürtünmeli, kaygan bir yüzey oluşturmak için hidrofilik kaplı olmalıdır.
5. Access sheath in hub kısmı obtüratörünsheath içerisine kolayca verilebilmesi için geniş ağızlı yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Access sheath in hub kısmında bulunan karşılıklı iki delik bulunmalıdır ve işlem esnasında sheath in sabitlenebilmesi için bu deliklersütür geçirilmeye uygun olmalıdır.
7. Sheath in iç lümeni uygun esnekliği sağlamak ve kink riskini minimuma indirmek için sarmal yapı ile örülmüş olmalıdır.
8. Dilatöründistal kısmı tapered yapıda 6 fr çapında olmalı ve pürüzsüz dilatasyona olarak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. İç lümen, cihazın içerisinden güvenli bir şekilde geçişini ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için PTFE kaplamaya sahip olmalıdır.
10. 9.5-10.7-12.0-14.0 FR çap ve 13-20-28-35-45-55 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
11. Paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi,tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürünün CE belgesi olmalıdır.Firmalar numune vermek zorundadırlar.Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

6- AMPLATZ RENAL SHEATH-14FR

1. Amplatz kılıfın iç çapı 14Fr olmalıdır ve 16Fr amplatz dilatatör üzerinden yerleştirilebilmelidir.
2. 17 cm uzunluğunda radyoopak ptf kılıf olmalıdır
3. Kılıfın uç yapısı, dilatörlerin üzerinden kolayca kaymasını sağlamak üzere eğri kesimli ve açılı olmalıdır.
4. İhaleye katılan firmalar bir adet numune vermelidir. Numunesi olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
5. Numune ameliyathanede denendikten sonra karar verilecektir.
6. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

7- AMPLATZ RENAL SHEATH-20FR

1. Amplatz kılıfın iç çapı 20Fr olmalıdır ve 20Fr amplatz dilatatör üzerinden yerleştirilebilmelidir.
2. 17 cm uzunluğunda radyoopak ptf kılıf olmalıdır
3. Kılıfın uç yapısı, dilatörlerin üzerinden kolayca kaymasını sağlamak üzere eğri kesimli ve açılı olmalıdır.
4. İhaleye katılan firmalar bir adet numune vermelidir. Numunesi olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
5. Numune ameliyathanede denendikten sonra karar verilecektir.
6. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı