

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
29.04.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	OPU İĞNESİ TEK LÜMEN	50 ADET	
2	EMBRİYO YERLEŞTİRME KATETERİ	50 ADET	
3	AŞILAMA KATETERİ	50 ADET	
4	KONDOM	1000 ADET	
5	OPU ÖRTÜ SETİ	50 ADET	
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **18/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEK LÜMENLİ OOSİT ASPIRASYON İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İğne insan oosit veya kist aspirasyon işlemi için dizayn edilmiş ve rahat kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Set aspirasyon iğnesi,kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik iğne tutacağı,iğne koruyucusu,silikon tapa,bir adet polietilen hortum ve silikon tapa üzerinden aspirasyon pompasının hortumuna bağlanabileceği özel bir kısımdan oluşmalıdır.
- 3-Setin tüm parçaları steril ve tek pakette olmalıdır.
- 4-İğne çapı 16-18 G ,uzunluğu 35 cm ve tek lümenli olmalıdır.
- 5-Aspirasyon iğnesi uç kısmı USG cihazında kolaylıkla görülebilmelidir.
- 6-Aspirasyon iğnesinden silikon tapaya kadar olan hortum uzunluğu 900-1100 mm. olmalıdır.
- 7-Tapa silikondan yapılmış ve 14 mm.lik tüpe uygun olmalıdır.
- 8-Ürün tek kullanımlık olmalıdır.Gama ışın veya etilenoksit ile steril edilmiş olup embriyo toksik olmamalıdır.
- 9-Sterilizasyon paketi üzerinde son kullanım tarihi,lot numarası,sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır.
- 10-Teslim edilen ürünlerin en az üç yıl miadı olmalıdır.
- 11- Ürün uluslararası kalite standartlarından (ISO, CE, TUV, TSE, TITUBB vb) en az birine sahip olmalıdır.
- 12- Line bağlantı ucu luer uyumlu olmalıdır.
- 13- İğne ucu folliküle rahat girip dokuya zarar vermeyecek keskinlikte olmalıdır.
- 14.Teklifle beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 15.Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
- 16.Siparişten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.

Dr.Öğr.Üyesi Fulya ÇAĞLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2695 Tes.No: 476043
Etiler Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

PREZERVATİF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doğal kauçuk lateksten yapılmış görünüşü saydam, renklendirici madde içermeyen ve renk değişikliği yapmayacak nitelikte, non toksik antiallerjik özellikte olmalı
2. Kondom uzunluğu 170 mm.'den az olmamalı, açma eni 50-60 mm aralığında olmalı
3. Kondomun açık ucunda bulunan halkanın kesit çapı 125 mm olmalı
4. Kondom yüzeyi düz, pürüksüz olmalı
5. Ultrasound probuna yerleştirildiğinde patlamamalı, yırtılmamalı
6. Mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı, allerjik reaksiyona neden olmamalı
7. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmalı
8. Kondomların net ağırlığı, sızdırmazlığı, çekme dayanımı, kopma uzaması, eskitmeye dayanımı ve basınç dayanımı TS4185'de belirtilen koşullara uygun olmalı
9. Birim ambalajının açılması elle ve kolayca yapılabilmeli ve açma sırasında kondom herhangi bir mekanik zarar görmemeli
10. Ayrı ambalajlarda kondomlar 2-4'lük şeritler halinde bulunmalı ve 100'lük karton kutular içinde olmalı
11. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo teslimi itibariyle en az 2 yıl raf ömrü olmalı
12. En az 10 adet numune teslim edilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi **Fulya ÇAĞLI**
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Diy. No: 2695 Tesc. No: 116043
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

OPU ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Örtü non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olmalı, tek kullanıma mahsus steril edilmiş olmalıdır.
2. Hasta üst örtülerinde kullanılan malzeme, işlem sırasında oluşabilecek kan, alkol gibi sıvıların tamamını absorbe edebilecek yapıda olmalıdır.
3. Tüm ürünler medikal amaçla üretilmiş hammaddelerden mamul olmalıdır.
4. Örtüde kullanılacak cilt bantları non alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır.
5. Örtü gerektiğinde steril olmayan bir kişinin açıp rahatça serebilmesine imkan verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
6. Örtü üzerinde operasyon bölgesine uygun bir delik olmalı ve deliğin etrafında örtüyü cilde sabitleyici yapışkan cilt bandı olmalıdır.
7. Set içerisinde bulunan USG örtüsü şeffaf olmalı ve kenarlarında USG ye sabitleyici bant olmalıdır.
8. Tüm set içeriği sterilizasyon bohçası ile paketlenmiş ve non steril bir kişinin açabileceği şekilde katlanmış olmalıdır.
9. Alet masa örtüsü ,üstünde medikal non woven malzemeden takviyesi olan ,polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
10. Sette bulunan önlükler cildin nefes almasını sağlamalı fakat alkol, kan gibi sıvıları absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştırmalı, alta geçişe izin vermemelidir. önlük kollarında pamuklu dokumadan üretilmiş tüp şeklinde kol manşetleri yer almalıdır.
11. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
12. Set ETO yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Set aşağıdaki malzemeleri içermelidir:
 - a) Alet masa örtüsü :1 adet 80x100 +/- 5cm
 - b) Düz örtü :1 adet 80x100 +/- 5cm
 - c) OPU örtüsü :1 adet 135x150 +/- 5cm
 - d) USG örtüsü :1 adet 60x60 +/- 5cm
 - e) Litotomik bacak kılıfı :2 adet 60x120 +/- 5cm
 - f) Spanç :10 adet 5x5cm ebadında katlanmış olmalıdır.
 - g) Büyük beden cerrahi önlük :2 adet
 - h) El kurulama havlusu : 2 adet 40x40 +/- 5cm
 - i) 1 adet biopsi kiti (jel, şeffaf kılıf):biopsi kitindeki şeffaf kılıf latex içermemeli, kenarları dikişsiz, tıbbi yapıştırıcı ile yapıştırılmış olmalı, kılıfın uç kısmı 3,2 +/- 0,2 cm ,uzunluğu 63 +/- 2cm olmalı ve sabitleyici 2 adet lastiği bulunmalıdır ve ayrı olarak tıbbi wrap kağıtlarına sarılı olmalıdır. Yanında bulunan USG jeli steril ,suda eriyebilen özellikte olmalı ve 20 gr. Ayrı paketler halinde verilmelidir.
 - j) Sterilizasyon bohçası :1 adet 100x100 cm
14. Teklifte beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
16. Siparişten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi **Fulya ÇAĞLI**
Tıp Fakültesi Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tıp No: 2695 - Tesc No: 116043
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahane

SOFT INSEMİNASYON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter yardımıla üreme teknikleri IUI (Intra Uterin İnseminasyon) kullanımına uygun olmalıdır.
2. Şırınga bağlantısı soft uç kısmı arası uzunluğu 20.5 cm, sert kısım ile soft kısım arası 3 cm.ve aktif uzunluğu 17.5 cm olmalıdır.
3. Uç kısımda spermin hastaya uygulanabilmesi için iki adet büyük çıkış deliği olmalıdır.
4. Kateterin üzerinde penetrasyon derinliğini gösteren birer cm. aralıklarla gösteren 3 adet belirteç ve kayar mesafe belirleyici olmalıdır .
5. Gama ışın yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
6. Tek tek steril pakette olmalıdır.
7. Ürün Mouse Embryo Essay ve LAL Endotoksin Testlerinden geçmiş olup bu özellikler paket üzerinde de belgelenmelidir.
8. Son kullanma tarihi ürün tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Ürünün CE, TUV, FDA, vb en az bir adet kalite kontrol belgesi bulunmalıdır.
10. Ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kaydı olmalıdır.
11. İhaleye katılan firma üretici firmadan aldığı tek yetkili distribütörlük belgesine sahip olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÇAĞLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2695 Tes.No: 118043
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri