

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
05.05.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GASTROENTEROLOJİ B.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ENDOSONOĞRAFİ BİYOPSİ İĞNESİ 22G (FNB)	20 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 18/05/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ENDOSONOĞRAFİK ASPIRASYON BİYOPSİ İĞNESİ FNB 22G

1. EUS iğnesi, Endosnografi cihazı ile aspirasyon biyopsisi yapabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Aspirasyon biyopsi iğnesi franseen uçlu 22 G olmalıdır.
3. İğnenin içinde bulunan stile kink yapmaması ve eski halini tekrar alabilecek yapıda olmalıdır.
4. Emniyet açısından stile handle ile overlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.
5. Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda ve üç iğne yapısına sahip olmalı ve bu şekilde daha etkin doku alabilmelidir.
6. Hem iğnenin, hem de kateter shaftının uzunluğu, handle üzerindeki lock kilit mekanizmaları ile ayarlanabilir olmalıdır. Lock kilit mekanizması, kullanımı kolay ve ergonomik olmalı, tek elle kullanılabilirdir.
7. Skopinin uzunluğa göre kateterin shaft kısmı 4 cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra lock mekanizması ile kilitlenip sabitlenebilir.
8. Kateterin shaftı eleastik yapıda olmalıdır.
9. İğne 0-8 cm. arasında ayarlanabilir olmalıdır. İğne ayarlandıktan sonra lock kilitleme mekanizması ile sabitlenebilmelidir.
10. Çalışma kanalı, bölümdeki EUS cihazının çapına göre 2.7 mm olarak tercih edilebilmelidir.
11. Set içerisinde 1 adet üç yollu musluk ile valide edilmiş enjektör olmalıdır ve mevcut enjektör,
12. 5-20 ml. arasında ayarlanabilir vakum kilitli şırınga olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007