

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.05.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **PEDİATRİ NEFROLOJİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	PEDİATRİK ARTER-VEN SETİ	500 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **30/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

PEDİATRİK ARTER-VEN SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Takımlar içerisinde teslim edilen arter-ven setlerinin ünitadaki cihazlarla uyumlu (universal tip) olması gereklidir.
- 2.En az bir adet izolatör ven tarafından sabit bir şekilde bulunmalıdır.
- 3.Arter ucunda intravenöz spike((priming spike) ve ven sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
- 4.Ven ve arter tarafında "drip chamber" bulunmalıdır.
- 5.Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunmalıdır.
- 6.Arter hattında enjeksiyon portu bulunmalıdır.
- 7.Arter ve ven hattı üzerinde,basınç tüpü üzerinde ve arteryel yastıkta klempler bulunmalıdır.
- 8.Setler etilen oksit gama ya da buhar steril olmalıdır.
- 9.Arter ven setleri ayrı ayrı ambalajlanabileceği gibi tek ambalajla da olabilir.
- 10.Tekliflerden sonra merkeze 2 adet set örneği denenmek üzere teslim edilmelidir.
- 11.Set dolaşım volümü 80-120 ml. Olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar kullanılamayan arter ven setlerini son kullanım tarihine 3 ay kala yeni tarihli malzemeler ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 13.Son kullanım tarihi paket üzerinde belirtilmeli teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıl olmalıdır.
- 14.Arter ven sette atık torbası bulunmalıdır.
- 15.Setlerin arter-ven setlerinin 50 tanesi yenidoğan arter-ven seti olarak teslim edilmelidir. Yenidoğan arter ven setinin dolum hacmi 40-55 ml olmalıdır.

Prof. Dr. İsmail DURSUN
Çocuk Sağ ve Hast Çocuk Nefroloji Uzm.
Çocuk Nefroloji ve Hematoloji Uzmanı
Çocuk Nefroloji ve Hematoloji Uzmanı
Etiya Üniversitesi
100524
Fakültesi