

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.05.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KATLANABİLİR HİDROFOBİK LENS	300 ADET	
2	VİSCOELASTİK MADDE 10mg LİK	500 ADET	
3	VİSCOELASTİK MADDE 23mg LİK	500 ADET	
4	HİDRODİSEKTÖR	50 ADET	
5	5012 DCR SETİ	50 ADET	
6	KONFOKAL MİKROSKOP BAŞLIĞI	50 ADET	
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 30/05/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

1- KATLANABİLİR ARKA KAMARA LENSİ (HİDROFOBİK) ŞARTNAMESİ

1. Monoblok (tek parçadan mamül) akrilatmetakrilat'tan üretilmiş olmalı sferik yada asferik optik dizayna sahip olmalıdır
2. Hidrofobik yapıda optiğe sahip olmalı. (sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır.)
3. Refraktif indeksi en az 1,47 olmalıdır.
4. Lens 6- 12.5 veya 6-13 mm olmalıdır.
5. UV koruyucu olmalıdır.
6. Asimetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır.
7. 5,9-6,3 mm optik çapında olmalıdır.
8. Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır.
9. A sabiti 118,4 -118,8 arasında olmalıdır.
10. +6 ile +30 dioptri aralığında Türkiye pazarında stoklu olmalıdır.
11. Lenslerin opaklaşma ve dioptri hatası olduğunda üretici veya temsilci firmanın sorumluluk alma ve tazmin etme garantisi vermesi gerekmektedir.
12. Lensler muayene komisyon aşamasında denenirken, kartuşa kolay konabilmesi ve kartuştan rahatça implante edebilmesi, kartuşta sıkışıklık olmaması, lens göz içine yerleştirilirken dengeli şekilde açılmalı, kolay maniple edilebilmeli, bag içinde uyumlu şekilde oturmalı, keskin kenar özelliği olmalı, katlanırken enstrüman izi minimal olmalıdır.
13. Su içeriği en fazla %5 olmalıdır.
- 14- Kliniğimize verilecek lens dioptri aralığı ve adetleri şu şekilde olmalıdır.

20 Dioptri	50 adet
20.5 Dioptri	50 adet
21 Dioptri	50 adet
22 Dioptri	50 adet
22.5 Dioptri	50 adet
23 Dioptri	50 adet

2-VİSKOELASTİK MADDE ŞARTNAME

- 1- Yüksek molekül ağırlıklı sodyum hyaluronat içermelidir.
- 2- Konsantrasyonu %1 NaHa ve pH 7.-7.5 olmalıdır. Aynı markanın %2,3, %3 formları olmalıdır. İstenildiğinde değişim yapılmalıdır. Ürün +2 - +8 soğuk zincir ürünü olmalıdır.
- 3- Ortalama molekül ağırlığı 3,2 milyon dalton olmalıdır.
- 4- Viskozitesi 50.000 – 562.000 mPas olmalıdır.
- 5- Steril cam şırıngada 0,85 ml hacminde tek kullanımlık olmalıdır. 27 G steril kanül içermelidir.
- 6- Cerrahi işlem sonunda kolayca uzaklaşabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Ürünün ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır ve bunu belgelendirmelidir.
- 8- Lateks içermemelidir. Bu durum prospektüsünde belirtilmelidir.
- 9- Kliniğimiz tarafından denenecek karar verilecektir.

3- VİSCOADAPTİV ÖZELLİKTE VİSCOELASTİK MADDE ŞARTNAMESİ

- 1- 23 mg/ml yüksek molekül ağırlıklı sodyum hyaluronat içermelidir.
- 2- Ürün viscoadaptive özellikte olmalıdır. Bu özellik katalog ve prospektüsünde gösterilmelidir.
- 3- pH 7.0-7.5 olmalıdır.
- 4- Ortalama molekül ağırlığı 3.200.000 dalton olmalıdır.
- 5- Viskozitesi 1.300.000 – 12.000.000 mPas' dan az olmalıdır.
- 6- Malzeme içerisinde hava kabarcığı bulunmalıdır.
- 7- Steril cam şırıngada 0,6 ml hacminde tek kullanımlık olmalıdır. 25 G steril kanül içermelidir.

Doç. Dr. Metin ÜNLÜ
Göz Hastalıkları AD.
Dip. Tes. No: 135719-102080
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi

- 8- Fakoemülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisinin bütün aşamalarında vizkozitesini cerrah işlemin gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlayabilmesi gerekmektedir.
- 9- Lateks içermemelidir. Bu durum prospektüsünde belirtilmelidir.

4- NUKLEUS HİDRODİSEKTÖR 25 G

- 1-FAKO cerrahisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır.
- 2-Uç tipi flat olmalıdır. 25 G ve sarı renkte olmalıdır.
- 3-Malzeme numuneleri teklif sırasında teslim edilmelidir. Numuneler klinik tarafından kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
- 4- Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.

5- DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SETİ ŞARTNAMESİ (5012)

- 1- Endoskopik veya açık dakriosistorinostomi ameliyatlarında kullanılan tüp silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-CE belgesi olmalıdır.
- 3-Bikanaliküler olmalıdır.
- 4-Eğri, paslanmaz çelik probu olmalı (0.80 – 0.90 mm çapında X 40-80 mm uzunluğunda)
- 5-Çift steril ambalaj içinde olmalıdır
- 6-Silikon tüp metal probun üzerinden çıkmayacak özellikte olmalıdır
- 7-Ürün vaka sırasında istenilen şekli kolaylıkla alınmalıdır
- 8- Ürün numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır.

Doç. Dr. Duygu Gülmez Serin

Doç. Dr. Metin ÜNLÜ
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 135719/102080
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uygulama ve Araştırma Merkezi

KONFOKAL MİKROSKOP BAŞLIĞI (TOMOCAP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Başlık hastanede mevcut bulunan HRT II/3 cihazında kullanılan Rostock Kornea Modülü için üretilmiş olmalıdır.
2. Başlık Rostock Modül kamerasına herhangi bir adaptöre ihtiyaç duyulmaksızın kolayca takılabilir olmalıdır.
3. Başlık PMMA materyalden imal edilmiş olmalıdır.
4. Başlığın kutusu üzerinde steril ömrü yazmalıdır.
5. Başlık tek kullanımlık olmalıdır.
6. Başlık, 50 adet steril paket ihtiva eden 1 kutu olacak şekilde teslim edilmelidir.

TC.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.
Doç. Öğr. Üyesi Osman Ahmet POLAT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 110887

Doç. Dr. Metin UNLÜ
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 135719/102080
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi