

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.05.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	PICC KATETERİ	5 ADET	
2	BLAK MORE TUBE	4 ADET	
3	YÜKSEK KORUMALI MUAYENE ELDİVENİ (MEDIUM)	15 KUTU	
4	YÜKSEK KORUMALI MUAYENE ELDİVENİ (LARGE)	15 KUTU	
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **30/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

POWERPICC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kateter intravenöz tedavi, kan örnekleme ve kontrast maddenin basınçlı enjeksiyonla zerk edilmesi için merkezi venöz sisteme kısa ya da uzun süreli periferik erişim için endikedir ve merkezi venöz basıncının izlenmesine olanak sağlar.
2. Kateter özelliği sayesinde basınç dayanıklı olmalı, kontrast ajanların kontrast pompası (güçlü basınç) ile enjeksiyonu ve santral venöz basınç takibi yapılmasını sağlamalıdır.
3. Kateter özelliği sayesinde maksimum 5ml/sn infüzyon oranı sağlamalıdır.
4. Kateter uzunluğu 55cm olmalı, 5er cm aralıklarla cm işaretleri , distal den kesilmeye uygun olmalıdır.
5. Kateter materyali Poliüretan yapıda ve Basınç özelliğini belli eden mor renk olmalıdır.
6. Tek lümenli kateterler 5F kalınlığında , 0.66ml yıkama hacmi olmalı, çift lümenli kateterler 5F ve 6F kalınlığında , 5F için 0.57ml , 6F için 0.62 yıkama hacmi olmalıdır.
7. Set Powerpicc kateter , Dilatörlü Micro introducer , 21G giriş iğnesi, 0.018" 135cm üzeri cm işaretli Nitinol düz uçlu kılavuz tel , bistüri, 2 adet enjeksiyon kapağı , kağıt cetvel ,şırınga ve statlock kateter tespit sistemi içermelidir.
10. Set steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
11. Setin son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
12. Set CE belgesine sahip olmalıdır

Dr. Öğretim Üyesi Şahin TEMEL
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 143813 Dip.No: 01003226
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



SENGSTAKEN BLAKEMORE TP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. zofagus varis kanamalarında kullanılan bu sondanın zofagus ve fundus varislerine kuvvetli basınç uygulayabilir olmalıdır.
2. rn katater uzunluęu en az 100 cm olmalıdır.
3. rn radyoopak zellikte olmalıdır.
4. rn 24 fr olmalıdır.
5. 3 valfli olmalıdır.
6. 3 yollu ve tampon grevi yapabilmesi iin mide ve zofagusta şişecek şekilde 2 ayrı balonu olmalıdır.
7. İinde şişirme enjektr olmalıdır.

Dr. ęretim yesi Şahin TEMEL
İ Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tea.No: 143813 Dip.No: 01003226
Erciyes niversitesi Tıp Fakltesi Hastaneleri

YÜKSEK KORUMALI NİTRİL ELDİVEN

1. Eldiven kimyasal dayanıklılığının yüksek olması sebebiyle nitril malzemeden non steril olarak imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.
2. Eldiven kemoterapi uygulamalarında kullanılan sitotoksiklere karşı kullanıma uygun ve yüksek koruyucu özellikte olmalıdır.
3. Eldiven kemoterapi uygulamalarında yoğun olarak kullanılan; Carmustine, Cisplatin, Cyclophosphamide, Cytarabine, Docetaxel, Doxorubicin, Etoposide, 5-Fluorouracil, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Thiopeta, Vinorelbine test edilmiş olmalı ve koruma seviyesi en az seviye 2 olmalıdır. Bu hususu karşıladığına dair laboratuvar test raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Eldivenin uzunluğu elin tamamını ve bilek kısmını kapatması ve koruması için en az 300 mm, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sağlaması için parmak ucu kalınlığı en fazla 0,140 mm olmalıdır.
5. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından kopma kuvveti yaşlandırma öncesi ve sonrası en az 10N olmalıdır.
6. Eldivenin kırılma noktasındaki uzama değeri yaşlandırma öncesi ve sonrası en az %550 olmalıdır.
7. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL seviyesi 1.5 olmalıdır.
8. Eldiven CE, EN 455/1-2-3, EN 374 ve EN 420 standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. Eldiven Kişisel Koruma Sınıfı (PPE – Personal Protection Equipment) Kategori III sınıfında olmalıdır. Bu standartları karşıladığına dair belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
9. Her pakette 100 adet eldiven olmalı, eldivenler sağ ve sol her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Şahin TEMEL
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 143813 Dip.No: 01003226
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

