

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
27.05.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KORONER ANJİOGRAFİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KORONER STENT İLAÇLI	100 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/06/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Koroner arter stentlemesine uygun yapıda olmalıdır.
2. Stent side branch geçişlerine uygun olmalıdır.
3. Stent, balon kateter üzerine yüklenmiş ve direkt stent uygulamalarına olanak vermelidir.
4. Stent kalsifik ve tortuoz lezyon geçişleri için güçlü radyal force ve flexibiliteye sahip ayrıca balon üzerinden sıyrılmamalıdır.
5. Stent üzerine yüklenen ilaç limus türevi olan Everolimus olmalıdır.
6. Stentin materyali kobalt –krom ve tüpten lazer kesim yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır.
7. Stent MR açısından güvenli olmalıdır.
8. Stentin polimeri Fluorinated Copolymer yapıda ve stentin polimeri stent trombozuna yol açan ajanların yapışmasını engelleyen albümin ve benzeri molekülleri kendi üzerine çekecek yapıda olmalıdır.
9. Taşıma sistemi balonu semi-kompliyan olmalıdır.
10. Stentin üzerine krimp edildiği balon yüksek basınca dayanıklı olması için PEBAX malzemeden Multi-layer teknoloji ile üretilmiş ve minimum patlama basıncı 18 atm olmalıdır.
11. Stent taşıma sistemi 0.014” klavuz tel ile uyumludur.
12. Stent iletim sisteminin proximal shaft çapı en fazla 2.2F, distal shaft çapı en fazla 2.5F olmalıdır.
13. Stentin kateter tipi Rapid Exchange olmalıdır.
14. Stent 6 F guiding kateter ile kullanılabilir.
15. Giriş profile 0.017 inç (+/-0,001)
16. 2,5 -2,75 - 3,0 -3,5- 4,0mm çaplarında 8-12-15-18-23-28-33-38-48mm (+/-1mm) uzunluk seçenekleri olmalıdır.
17. İletim sisteminin üzerinde 2 adet radyopak plantinyum iridyum marker bulunmalıdır.
18. Distal shaftı hidrofilik olmalıdır.
19. Teklif edilen ürünler en az 12 ay miyadlı ve steril orjinal ambalajında teslim edilmektedir.
20. Stent TITUBB ve ÜTS Sistemine kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
21. Firma kullanılmamış malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
22. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilir.

yy sender

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.B.D.
Erişkes Ünit. Tıp Fak. İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi İNANC,
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dip. No: 090661
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.