

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
27.05.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KORONER ANJİOGRAFİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	0,35 TERMO TEL	100 ADET	
2	İNDEFLATÖR	500 ADET	
3	GUIDİNG KATETER	300 ADET	
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **01/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

HIDROFİLİK GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire sürtünmeyi azaltıcı hydrophilic materyal ile kaplı olmalıdır.
2. Düz ve J uçlu modelleri bulunmalıdır.
3. En az-175 cm olmalıdır ve 0,035" kalınlığında olmalıdır.
4. Değişik sertlikte çeşitleri olmalıdır.
5. Guide wire'in distal tarafında 25 ila 40 cm arası uzunlukta bölümü guide wire hafızasını destekleyici lineer elastik yapıda ve kaplama olmalıdır.
6. Tourque kabiliyeti birebir olmalı ve damar lümenine zarar vermeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.
7. Teklif edilen malzeme firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır.
8. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmelidir.
9. CE onaylı olmalıdır.
10. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır
11. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
12. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
13. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Doç. Dr. Deniz ELÇİK
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji ABD.
Dip No:3816 Dip.Tes.No:110545

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul İNANÇ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No:99601
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.

INFLATION DEVICE (INDEFLATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dilatasyon balonunun şişirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
2. 30cc kapasiteli ve 26 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalı, gerektiğinde büyük balonların şişmesine olanak sağlamamalıdır.
3. Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmelidir.
4. Inflation device hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye elverişli olmalıdır.
5. Inflation device, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamül olmalıdır.
6. Manometre üzerinde şişirme ve indirme işlemlerini tanımlayan indikatör bulunmalıdır.
7. Steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
9. Sistem şişirme ünitesi (hazne), basınç skalası (manometre) yüksek basınç hattı ve üç yol musluk (stopcock) ünitelerinden oluşmalıdır.
10. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
11. Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
12. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
13. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Doç.Dr.Deniz Elçik
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip.No:3616 Dip.Tes.No:110545

Prof.Dr.Mehmet Tümtürk
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dip.Tes.No:36061
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.

GUIDING (PTCA KILAVUZ) KATETER:

1. Uç dizaynı anatomik ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli açılarda ve yapıda olmalıdır.
2. Dayanıklılık ve itiş kuvvetini arttırmak amacıyla proximal shaft Trilo;; materyalinden yapılmış olmalı.
3. Birebir torque kabiliyeti olmalıdır.
4. 6F 7F 8F yan delikli ve deliksiz versiyonları olmalıdır.
5. Gövdesi double braided yapıda, ucu atravmatik ve soft olmalıdır.
6. İyi back-up support vermelidir. Zengin curve seçenekleri olmalıdır.
(JL,JR,EBU,CLS,AL,AR,IM,XB,HSI vb.)
7. Maximum geçiş kolaylığı için iç yapısı QuickPass PTFE kaplı olmalıdır.
8. Kateter orjinal ambalajı içerisinde teslim edilmelidir.
9. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
10. CE onaylı olmalıdır.
11. Son kullanma tarihine 3 ay kala malzemeler yeni miatlı malzemelerle değiştirilmelidir.
12. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihinin dolmasına en az 12 ay (Raf ömrü) olmalıdır.
13. Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürünlerle değiştirilebilmelidir.
14. Malzemenin üretiminin durması yada fabrika kapanması gibi durumlarda ürün eş yada benzeri ürünle değişebilmelidir.

Doç.Dr. Deniz ELCİK
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji ABD.
Dip No:3816 Dip.Tes.No:110545

Prof. Dr. Mehmet Tüğrul İMANÇ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dip. No: 3809001
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.