

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
01.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GAZ VAKUM ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                                                                                                                  | Miktarı  | Birim fiyatı |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1    | VAKUM SAATİ 40 mm                                                                                                                                                                                                                 | 80 ADET  |              |
| 2    | VAKUM SAATİ 63 mm                                                                                                                                                                                                                 | 50 ADET  |              |
| 3    | FLOWMETRE KAVANOZU                                                                                                                                                                                                                | 50 ADET  |              |
| 4    | FLOWMETRE KAVANOZ KAPAĞI                                                                                                                                                                                                          | 100 ADET |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.                                                                                                                                                                                                    |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      | Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)                                                                                                                                                                                  |          |              |
|      | Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092                                                                                                                                                                                           |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
| NOT  | TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR                                                                                                                                            |          |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR |          |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                               |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                           |          |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                  |          |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                     |          |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                         |          |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                |          |              |
| F    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                      |          |              |
| G    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                                                         |          |              |
| H    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                  |          |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç **16/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

## VAKUM MANOMETRESİ GÖSTERGE SAATİ ŞARTNAMESİ

- 1- Manometre çapı 40 mm olacaktır.
- 2- Birimi mmhg olmalıdır.
- 3- Ölçüm aralığı -760 mmhg/0 olmalıdır.
- 4- Hassasiyeti KL 2,5 olmalıdır.
- 5- Hassas ölçüm aralığı tam skala değerinin % 75 ' i olmalıdır.
- 6- Çalışma sıcaklığı aralığı ortam /proses: -20°C- 60°C olmalıdır.
- 7- Proses bağlantısı:g1/8"B olmalıdır.
- 8- Gövde siyah boyalı metal olmalıdır.
- 10-Vida bağlantısı prinç malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 11-Cam akrilik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 12-Kadran alimünyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 13-İbre plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 14-Teklif verecek firmalar numune göndermesi gerekmektedir.

**Abdurrahim NAR**  
Makine Teknikeri  
Gaz Vakum Atölye Sorumlusu

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ  
**Mustafa MEMİŞ**  
Hastane Müdürü Yrd.  
1703

## VAKUM MANOMETRE SAATİ(0-760mmHg) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Hastanedeki mevcut kullanılan vakum regülatörlerine uygun olmalıdır.

2-Gösterge çapı 63 mm olmalıdır.

3-Manometre basınç aralığı 0-760 mmHg olmalıdır.

4-Çalışma sıcaklığı aralığı ortam /proses:-20°C-60°C olmalıdır.

5-Proses bağlantısı :g1/8" B olmalıdır.

6-Hassas ölçüm aralığı tam skala değerinin %75 ' olmalıdır.

7-Hassasiyet KL 2.5 olmalıdır.

8-Manometrenin vakum regülatörüne bağlantısı ¼ " olmalıdır.

9-Manometre dış gövdesi krom kaplı malzemedен olmalıdır.

10-Teklif verecek firmaların Ücret karşılığında 10 (on) yıl yedek parça bulundurması gerekmektedir.

11-Vida bağlantısı pirinç malzemedен imal edilmiş olmalıdır.

12-Cam akrilik malzemedен imal edilmiş olmalıdır.

13-Kadran alüminyum malzemedен imal edilmiş olmalıdır.

14-İbre plastik malzemedен imal edilmiş olmalıdır.

15- Gövdesi siyah boyalı metal olmalıdır.

16-Teklif verecek firmaların numune getirmesi gerekmektedir.

**Abdurrahim NAR**  
Makine Teknikeri  
Gaz Vakum Atölye Sorumlusu

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ  
**Mustafa MEMİŞ**  
Hastane Müdür Yrd.  
1703

## FLOWMETRE KAVANOZU 150 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kavanoz POLİ-KARBON malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- 134 °C otoklava dayanıklı olmalıdır. Kavanozun alt kısmında bu otoklav derecesi kabartma olarak belirtilmelidir.
- 3- Bağlantı elemanlar paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- 4- Kavanoz alt kısmında ürünün POLİ-KARBONAT olduğu uluslararası simge kabartma halinde olmalıdır.
- 5- Kavanoz üzerinde MAXSİMUM ve MİNİMUM steril su işaretleri, firma ismi silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 6- Kavanoz 150 ml kapasiteli olmalıdır.
- 7- Kavanoz içerisinde 134 °C otoklava dayanıklı delikli DİFİZOR FİLTRE olmalıdır.
- 8- Teklif verecek firmaların ürün numunelerini getirmesi gerekmektedir.

**Abdurrahman NAR**  
Makine Teknikeri  
Gaz Vakum Bölümüne Sorumlusu

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
**Mustafa MEMİŞ**  
Hastane Müdür Yrd.  
1703

## OKSİJEN FLOWMETRE KAVANUZ KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-FLOWMETRE kavanoz kapağı yanmaz plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2-FLOWMETRE kavanoz kapağında gaz sıkışmasını önleyici emniyet valfi bulunmalıdır.
- 3-Bağlantı elemanlar paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4-Cihaz kavanoz kapağı elle takılıp sökülebilir şekilde 9/16 ölçüde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5-Hortum bağlantı ucu paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 6-Kavanoz kapağı üzerinde üretici firma ismi bulunmalıdır.
- 7-Teklif verecek firmaların ürün numunelerini getirmesi gerekmektedir.

**Abdurrahim NAR**  
Makine Teknikeri  
Gaz Vakum Müd. Sorumlusu

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
**Mustafa MEMİŞ**  
Hastane Müdür Yrd.  
1703